



Prot. n.

Cagliari,

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Piras

Spett.le Ditta

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di **ACCESSORI PER ENDOSCOPIA** da destinare alle esigenze del Servizio di Farmacia dell'A.O.U. di Cagliari. Importo presunto dell'appalto € **90.000,00** più IVA. Codice **CIG 02426018AB**.

Questa Azienda intende procedere all'acquisizione per il periodo di un anno, con il sistema del cottimo fiduciario, di **ACCESSORI PER ENDOSCOPIA** da destinare alle esigenze del Servizio di Farmacia dell'A.O.U. di Cagliari, alle condizioni e con le caratteristiche di minima ed i quantitativi di seguito indicati:

ACCESSORI PER ENDOSCOPIA - PER IL RECUPERO DI CORPI ESTRANEI

PINZE VARIE E ANSE

PINZE A DENTE DI TOPO

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm
- Rotanti
- Apertura della pinza: 3 - 4 - 8 mm
- Lunghezze per ciascuna apertura di 165 e 230 cm.

QUANTITA' COMPLESSIVA

N 3 PINZE PER MISURA

PINZE AD ALLIGATORE

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm.
- Apertura della pinza : 7 -11 mm
- Lunghezze per ciascuna apertura di 165 e 230 cm

➤ **QUANTITA' COMPLESSIVA**

N 3 PINZE PER MISURA

PINZE A DENTI DI TOPO E BOCCA DA ALLIGATORE

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm.
- Rotanti
- Apertura della pinza : 6 -15 mm
- Lunghezze per ciascuna apertura di 165 e 230 cm

➤ **QUANTITA' COMPLESSIVA**

N 3 PINZE PER MISURA

PINZE CON VALVE A W

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm.
- A denti di topo
- Possibilità' di retrazione delle branche
- Apertura della pinza 13 mm

A. P.

1/9



- Lunghezza 165 cm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 3 PINZE

PINZE A VALVE GOMMATE

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm.
- Apertura della pinza : 4 - 7 mm
- Lunghezza 165 cm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 3 PINZE PER MISURA

PINZE DA RECUPERO A TRIPODE O PENTAPODE

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm.
- Apertura della pinza 20 mm
- Lunghezza 230 cm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 3 PINZE

ANSE CON RETINO

- Adatte per canale operativo dell' endoscopio da 2,8 cm.
- Diametro approssimativo del retino : 4 / 5 cm
- Lunghezze del catetere 160 e 230 cm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 3 ANSE PER MISURA

OVERTUBE ESOFAGEO

- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 7

OVERTUBE GASTRICO

- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 2

SISTEMI PER DILATAZIONE E NUTRIZIONE ENTERALE - DILATATORI A PALLONCINO ESOFAGELI, PILORICI, COLONICI

DILATATORE PER STENOSI con palloncino di diametro estemo a pallone gonfio.

MISURE:

- 6-8 mm
- 8-10 mm
- 10-12 mm
- 12-15 mm
- 15-18 mm
- 18-20 mm
- Lunghezza del pallone 5 o 6 cm
- Espansione radiale del pallone fino a 3 diametri e 3 pressioni diverse
- Catetere filoguidato e adatto per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
- Sistema di gonfiaggio integrato
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10 DILATATORI DI OGNI MISURA

DILATATORE PER ACALASIA con pallone di diametro estemo a pallone gonfio:

MISURE:

- 30 mm
- 35 mm

A. P.



- 40 mm
 - Lunghezza del pallone 8 o 10 cm
 - Catetere filoguidato
 - Lunghezza operativa del catetere 75 o 90 cm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 2 DILATATORI DI OGNI MISURA

SISTEMA DI GONFIAGGIO / SGONFIAGGIO e accessori vari adatti ai dilatatori per acalasia e costituito da:

- Pompa pneumatica e monitor. Raccordi vari
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 1

SISTEMI PER NUTRIZIONE ENTERALE

- Kit PEG (Gastrostomia percutanea endoscopica)
 - Posizionamento per trazione
 - Diametro della sonda 20 F
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 20

DISPOSITIVI DI RICAMBIO A PALLONCINO

- Kit completo di catetere con palloncino 18 F
 - Siringhe preriempite
 - Accessori e raccordi vari.
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 30

VARIE:

ADATTATORI

- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 20

ATTACCHI

- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 20

TUBI DI DECOMPRESSIONE

- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 20

ACCESSORI PER ENDOSCOPIA - PER POLIPECTOMIA E MUCOSECTOMIA ENDOSCOPICA

ANSE:

OVALE STANDARD

- Apertura del cappio : 25/ 27 mm
 - Filo del cappio intrecciato di calibro spesso
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato possibilmente a 3 anelli con indicatore di corsa
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 100

OVALE MORBIDA

- Apertura del cappio : 25/ 27 mm
- Filo del cappio intrecciato di calibro sottile

A. P.

3/9



- Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato possibilmente a 3 anelli con indicatore di corsa
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 50

OVALE GRANDE STANDARD

- Apertura del cappio grande : 30 / 50 mm
 - Filo del cappio intrecciato di calibro spesso
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato possibilmente a 3 anelli con indicatore di corsa
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 25

OVALE GRANDE MORBIDA

- Apertura del cappio grande : 30 / 50 mm
 - Filo del cappio intrecciato di calibro sottile
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato possibilmente a 3 anelli con indicatore di corsa
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 25

OVALE RIGIDA (idonea anche per mucosetomia)

- Apertura del cappio : 20 / 30 mm
 - Filo del cappio intrecciato di calibro spesso
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato possibilmente a 3 anelli con indicatore di corsa
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

OVALE CON DENTINI (idonea per mucosetomia)

- Apertura del cappio grande : 30 / 50 mm
 - Filo del cappio intrecciato di calibro spesso
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato possibilmente a 3 anelli con indicatore di corsa
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

ACCESSORI PER ENDOSCOPIA-SISTEMI PER RECUPERO POLIPI

- Tripode a 3 o più branche
 - Branche con punte arrotondate
 - Apertura 20 mm
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
 - Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico integrato
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 25
- Cestello a 4 fili e/o a fiore
 - Diametro 20 - 25 mm
 - Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm

A. P.

4/9



- Adeguata per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Manico integrato
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 25

ENDOLOOP

- Applicatore con guaina metallica o in PTFE
- Lunghezza operativa della guaina 230 / 240 cm
- Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Manico possibilmente a 3 anelli
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 2

LOOPS DA INTEGRARE NELL' APPLICATORE

- Diametro del loop: 20 mm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 30

- Diametro del loop: 30 mm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 30

APPLICATORE DI ENDOLOOP CON LOOP INTEGRATO

- Diametro del loop 30 mm
- Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
- Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Manico integrato
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 60

CATETERI SPRAY

- Catetere spray con guaina in PTFE e punta metallica con multipli fori
- Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
- Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 15

AGHI PER INIEZIONE SOTTOMUCOSA

- Con punta conica e fori laterali
- Diametro dell' ago 23 / 25 G
- Lunghezza dell' ago esposto 4 / 5 mm
- Lunghezza operativa del catetere 230 o 240 cm
- Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Manico integrato possibilmente a 3 anelli
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 15

ACCESSORI PER ENDOSCOPIA-CAPPUCCI

CAPPUCCIO DISTALE MORBIDO DRITTO

- Calibro adeguato per VideogastroscoPIO e VideocolonscoPIO
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

CAPPUCCIO DISTALE RIGIDO DRITTO SENZA BORDO, DISTANZIATORE

- Calibro adeguato per VideogastroscoPIO e VideocolonscoPIO
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

A. P.

5/9



CAPPUCCIO DISTALE RIGIDO DRITTO CON BORDO

- Calibro adeguato per VideogastroscoPIO e VideocolonscoPIO
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

CAPPUCCIO DISTALE RIGIDO OBLIQUO CON BORDO

- Calibro adeguato per VideogastroscoPIO e VideocolonscoPIO
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

ANSA CRESCENT

- Adeguata al bordo del cappuccio
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

KIT PER EMR

KIT PER EMR TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE

Composto da:

- catetere spray
- ago da iniezione sottomucosa
- ansa diatermia
- cappuccio distale
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 5

KIT PER EMR TRATTO DIGESTIVO INFERIORE

- catetere spray
- ago da iniezione sottomucosa
- ansa diatermia
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

TUTTI GLI ACCESSORI CHE VENGONO UTILIZZATI CON LA CORRENTE AD HF O BIPOLARE DEVONO ESSERE COMPATIBILI, CON I CAVI DI RACCORDO, AL GENERATORE DI CORRENTE IN DOTAZIONE: ERBE 200.

ACCESSORI PER ENDOSCOPIA - AGHI PER EMOSTASI

CALIBRO DELL' AGO: G 25

- Lunghezza dell' ago esposto : 4 - 5 mm
- Catetere in materiale plastico di lunghezza 200 - 240 cm
- Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Manico possibilmente a 3 anelli
- Estremo distale del catetere possibilmente rinforzato in metallo
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 100

CALIBRO DELL' AGO: G 23

- Lunghezza dell' ago esposto : 4 - 5 mm
- Catetere in materiale plastico di lunghezza 200 - 240 cm
- Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Manico possibilmente a 3 anelli
- Estremo distale del catetere possibilmente rinforzato in metallo
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 30

A. P.

6/9



CALIBRO DELL' AGO: G 21

- Lunghezza dell' ago esposto : 4 - 5 mm
 - Catetere in materiale plastico di lunghezza 200 - 240 cm
 - Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Manico possibilmente a 3 anelli
 - Estremo distale del catetere possibilmente rinforzato in metallo
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

CALIBRO DELL' AGO: G 25

- Lunghezza dell' ago esposto : 4 - 5 mm
 - Catetere metallico di lunghezza 200 / 240 cm
 - Adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

LEGATORI PER VARICI

LEGATORE PER VARICI ESOFAGEE

- A banda multipla (6-7-10 lacci)
 - Adeguati al diametro esterno del videogastroscoPIO standard
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 30

LEGATORE PER VARICI EMORROIDARIE

- A banda multipla (4-6 lacci)
 - Adeguati al diametro esterno del videocolonscoPIO
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

LEGATORE PER VARICI EMORROIDARIE

- A banda multipla (4 lacci)
 - Lunghezza 5- 12cm
 - Diametro 6-15 mm
 - Con porta per aspirazione
 - Con anoscoPIO monouso trasparente
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

CLIPS

APPLICATORE DI CLIPS

- Con catetere metallico
 - Lunghezza 230 / 240 cm
 - Di calibro adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
 - Rotante
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 2

CLIPS DI RICAMBIO PER DETTO APPLICATORE

- Angolo dente / braccio 90° -135°
 - Lunghezza braccio 4 - 6 - 8 mm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 40 CLIPS DI OGNI MISURA

APPLICATORE CON CLIP PREMONTATA

A. P.



- Lunghezza del catetere 230 / 240 cm
- Lunghezza del braccio della clip : 6 - 8 - 11 mm
- Di calibro adeguato per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- Rotante
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10 APPLICATORI DI OGNI MISURA

ELETTRODI PER COAGULAZIONE BIPOLARE

- Catetere con punta dorata per elettroemostasi bipolare
- Adattatore per generatore di corrente bipolare ERBE 200
- Lunghezza operativa del catetere 200 / 300 cm
- Con possibilità' di irrigazione
- Ago per iniezione opzionale
- Adatto per canale dell' endoscopio da 2,8 mm
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

VARIE

TUBI PER ASPIRAZIONE DIRETTA E IRRIGAZIONE SUPPLEMENTARE

- Adatti per endoscopi Olympus e Pentax
- **QUANTITA' COMPLESSIVA** N 10

Detta procedura sarà espletata con l'osservanza delle norme previste nel D.lgs.163/06, nella L. R. 5/07 e nel Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi approvato con Atto Deliberativo del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliero Universitaria n. 63 del 12/10/2007.

L'aggiudicazione verrà effettuata, per singola tipologia di prodotto, a favore dell'offerta valutata economicamente più vantaggiosa a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e del prezzo proposto per la fornitura dei dispositivi in oggetto.

Si invita pertanto codesta spett.le Ditta a voler presentare la propria migliore offerta **facendo pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Azienda, Via Ospedale n°54 - 09124 Cagliari, entro le ore 13,00 del giorno 22 Dicembre 2008**, esclusivamente a mezzo Servizio Postale o Agenzia autorizzata, o a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura riportante all'esterno il nome o la ragione sociale della ditta partecipante, i numeri di telefono e di fax, eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura: **“OFFERTA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER ENDOSCOPIA - CIG 02426018AB. - Rif. / A.P.”**.

Resta inteso che il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non arrivino a destinazione nel termine prescritto. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell' Ufficio Protocollo dell'Azienda che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - festivi esclusi.

Si darà luogo ad esclusione dalla procedura nel caso in cui il plico non arrivi nei termini e nei modi prescritti o manchi la documentazione richiesta.

Il plico dovrà obbligatoriamente ed a pena di m'esclusione dalla procedura contenere:

La Documentazione Amministrativa:

Dichiarazione in carta semplice, secondo il modello “allegato A”, sottoscritta dal firmatario dell'offerta economica, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del medesimo sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.

Le Ditte partecipanti dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica e telefax, qualora si rendesse necessario per l'Amministrazione contattare le stesse per eventuali comunicazioni e/o convocazioni.

L'Offerta Tecnica :

A. P.

8/9



L'offerta Tecnica, deve necessariamente soddisfare tutte le caratteristiche esplicitamente sopra descritte, dovrà, altresì, contenere la relazione illustrativa in lingua italiana integrata da schede tecniche e depliant che descrivano le caratteristiche dei dispositivi oggetto della procedura, oltre a precisare il tempo massimo di consegna che dovrà comunque essere effettuata, obbligatoriamente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di affidamento.

L'Offerta Economica:

L'offerta economica, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta deve necessariamente ed a pena di esclusione contenere il costo unico onnicomprensivo indicato per la fornitura per il periodo di un anno, offerta al netto di IVA.

L'offerta economica dovrà altresì contenere: il codice CIG, l'indicazione analitica dell'importo totale relativo alla fornitura, imposte ed eventuali costi derivanti dalla fornitura compresi, specificando inoltre il prezzo unitario complessivo di ogni singolo dispositivo. Tutti i valori numerici dovranno essere espressi, necessariamente, così in cifre come in lettere; in caso di discordanza tra gli stessi verranno valutati validi quelli espressi in lettere.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere adeguata campionatura per l'opportuna valutazione qualora i prodotti proposti non dovessero essere già in uso o ben conosciuti dagli utilizzatori.

L'Azienda si riserva la facoltà, inoltre, di valutare la convenienza di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Il Responsabile del Procedimento si potrà avvalere di personale tecnico esperto per la valutazione delle offerte tecnico - economiche.

Modalità e tempi di consegna

Il materiale aggiudicato dovrà essere consegnata entro i termini indicati nella presente o, se inferiori, in offerta, ai magazzini del Servizio di Farmacia ubicati presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio Cagliari e il presidio ospedaliero di Monserrato S.S. 554 bivio per Sestu (CA) dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari.

Il pagamento della fornitura avverrà nel termine di 60 giorni a norma di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale (RAS) 3/2003, dopo gli accertamenti demandati ai diversi servizi in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura ed esito positivo del relativo collaudo.

Penalità e Cauzione :

In caso di mancata consegna dei beni aggiudicati entro i termini fissati, o qualora a seguito della verifica della fornitura la stessa non dovesse risultare conforme a quanto indicato in offerta, l'Azienda potrà recedere dal contratto con l'obbligo del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno che l'Amministrazione dovesse subire per acquisizione del materiale da altra Ditta.

In caso di inadempimento nei tempi di consegna a seguito di richiesta del materiale aggiudicato verrà applicata, a seguito di contraddittorio con la Ditta, una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

Per informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio di Farmacia del presidio di Cagliari, telefono 070609-2569 - 2593 - 2522 - 2241, per informazione di carattere amministrativo contattare il ***Servizio Provveditorato ed Economato*** dell'A.O.U., rif. Augusto Porcu ai seguenti indirizzi: posta elettronica <mailto:aporcu@medicina.unica.it>, n° telefonico 070/51096811 fax 070/51096520..

Il Responsabile del Servizio
Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Maria Teresa Piras

A. P.

AouCagliari - Home page <http://aoucagliari.it/>