



Sede Monserrato
Servizio di Farmacia

Direttore: Dr.ssa Wanda Lai

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura **per 2 anni rinnovabile per un ulteriore anno**, di "Pompe elastomeriche 10 ml/h volume 275 ml- Pompe elastomeriche 5 ml/h volume 275 ml - Pompe elastomeriche 2 ml/h volume 275 ml" da destinarsi ai Servizi del Presidio di Monserrato per la somministrazione di farmaci antitumorali.

L'importo **annuo** presunto è € 22.000 Iva 20% esclusa.

DESCRIZIONE TECNICA:

Pompa elastomerica costituita da un sistema chiuso con serbatoio collegato direttamente al tubo di somministrazione, via di riempimento separata, con valvola unidirezionale. Serbatoio trasparente in gomma sintetica, privo di lattice; filtro 5 µ. Il guscio deve essere in polietilene trasparente con Filtro UV. Tubo antingocciamento in pvc, raccordo terminale luer-lock in policarbonato.

Deve garantire l'erogazione del farmaco con flusso costante.

Deve essere allegata documentazione che elenchi i farmaci per i quali si assicura la stabilità e l'erogazione con flusso costante: dovranno comunque essere compresi i chemioterapici antitumorali.

- 1) Pompa elastomerica velocità flusso 2 ml/h, volume totale 275-300 ml
Fabbisogno annuo: 60 pz
- 2) Pompa elastomerica velocità flusso 5 ml/h, volume totale 275-300 ml
Fabbisogno annuo: 200 pz
- 3) Pompa elastomerica velocità flusso 10 ml/h, volume totale 275-300 ml
Fabbisogno annuo: 450 pz

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Wanda Lai