



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CAPITOLATO TECNICO

LOTTO N. 6

N. 1 VIDEOENDOSCOPIO PORTATILE

CIG N. 3888112B83

Importo a base d'asta € 65.000,00 comprensivo di IVA

Il sistema per videoendoscopia digestiva portatile sarà caratterizzato da dimensione e peso molto contenuti, tali da risultare facilmente trasportabile, dovrà essere proposto nella seguente configurazione o equivalente:

1. Videoprocessore digitale.

- Videoprocessore digitale con tecnologia colore diretta
- Sistema di controllo automatico esposizione immagini e luminosità
- Sistema completo di cavi necessari al regolare funzionamento
- Registrazione di immagini su memoria digitale estraibile
- Sufficienti uscite ed ingressi video per il collegamento di periferiche

2. Fonte luce e pompa insufflazione.

- Fonte luce integrata di ultima generazione ad altissima resa
- Lampada ad altissima efficienza con temperatura del colore da 5500°K
- Filtri digitali per evidenziare il pattern morfologico e digitale
- Pompa d'insufflazione regolabile a 3 livelli
- Sistema completo di cavi necessari al regolare funzionamento

3. Monitor medicale.

- Dimensione schermo da almeno 12"
- Schermo piatto TFT a colori

4. VideogastroscoPIO ad alta definizione.

- Diametro distale sonda inferiore a 13 mm
- Canale operativo non inferiore a 2.8 mm
- Angolo di visione indicativo 140°
- Profondità di campo circa 2-200 mm
- Lunghezza operativa superiore a 1000 mm

5. Videocolonscopio sottile ad alta definizione.

- Con diametro distale sonda inferiore a 14 mm
- Canale operativo maggiore o uguale 3,2 mm
- Angolo di visione indicativo 140°
- Profondità di campo circa 2-200 mm
- Lunghezza operativa non inferiore a 1600 mm