



PG/2021/17120 del 09/11/2021

RdO: rfq\_377835 - Affidamento settennale del servizio di sterilizzazione, compresa la fornitura in noleggio e la manutenzione dello strumentario chirurgico e altri dispositivi medici, e connessi lavori e servizi, per le esigenze delle varie Strutture dell'A.O.U. di Cagliari [CIG 88762245D15]

**CHIARIMENTI DEL 28/10/2021**

RICHIESTA	QUESITO	RISPOSTA
PG/2021/16547 del 28/10/2021	<p>a) Con riferimento al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, si chiede di confermare che i requisiti di iscrizione alla CCIAA per attività di lavori e progettazione, nonché dell'iscrizione all'albo per la progettazione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, in caso di RTI verticale debbano essere posseduti soltanto dalla società mandante che eseguirà le succitate prestazioni secondarie (ovvero progettazione e lavori) e non anche dalla capogruppo che eseguirà la prestazione principale (servizio di sterilizzazione, fornitura a noleggio e manutenzione dello strumentario chirurgico).</p> <p>b) Con riferimento al punto 7.3.1 requisiti di qualificazione dell'esecutore dei lavori pubblici, si chiede di confermare che in caso di RTI verticale la SOA relativa ai lavori da eseguire (OG1 – OS28 – OS30) debba essere posseduta soltanto dall'impresa mandante che eseguirà la progettazione e i lavori.</p>	<p>a) Si conferma che i requisiti di iscrizione alla CCIAA per attività di lavori e progettazione, nonché dell'iscrizione all'albo per la progettazione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, in caso di RTI verticale debbano essere posseduti soltanto dalla società mandante che eseguirà le succitate prestazioni secondarie (ovvero progettazione e lavori) e non anche dalla capogruppo che eseguirà la prestazione principale (servizio di sterilizzazione, fornitura a noleggio e manutenzione dello strumentario chirurgico).</p> <p>b) Si richiama il contenuto dei chiarimenti pubblicati in data 07/10/2021 (riscontro ai quesiti contraddistinti dal n. PG/2021/15298 del 06/10/2021). In ragione dell'importo dei lavori, il possesso dell'attestazione S.O.A. riveste carattere meramente eventuale al fine della verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico individuato per l'esecuzione dei lavori.</p>
PG/2021/16549 del 28/10/2021	<p>Si richiede di fornire i seguenti chiarimenti.</p> <p>• <b>Forbice Mayo Harrington 23 cm.</b> Viene richiesta nella versione supercut che è una caratteristica molto specifica offerta da un solo catalogo di strumentario. Si richiede se sia</p>	<p>Il quesito afferisce alle proposte che il singolo offerente rappresenta nella propria offerta tecnica quando considera il "Servizio di noleggio e manutenzione dello strumentario"</p> <p>Il Disciplinare di Gara, nella rappresentazione dei sub-criteri di cui</p>



	<p>possibile campionare la stessa tipologia di forbice in versione standard.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spatole addominali 20-23 cm malleabili serie completa e con diverse larghezze.</b> Non ci risulta presente sui cataloghi di strumentario una gamma di spatole che alla lunghezza di 20-23 cm associ una gamma di larghezze fino a 6cm; si chiede conferma delle misure richieste e/o la possibilità di campionare una serie di spatole differenti per lunghezze e larghezze.</li><li>• <b>Pinza per capsuloressi.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare le misure dello strumento, la tipologia e la misura del morso, il tipo di impugnatura, la tipologia delle punte.</li><li>• <b>Pinza corneale.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare le misure dello strumento, la tipologia e la misura del morso, il tipo di impugnatura, la tipologia delle punte.</li><li>• <b>Serrafili da monofilamento.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare le misure dello strumento, la tipologia e la misura del morso, il tipo di impugnatura, la tipologia delle punte.</li><li>• <b>Forbice corneale.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare le misure dello strumento, la tipologia e la misura delle lame, il tipo di impugnatura.</li><li>• <b>Blefarostato a valve chiuse.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare la configurazione dello strumento e le misure dello stesso.</li><li>• <b>Blefarostato a valve aperte di Buratto.</b> La descrizione risulta</li></ul>	<p>al punto B1, considera i contenuti presenti al paragrafo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Individuando un insieme ristretto di dispositivi nel paragrafo 4.1.7 del richiamato documento di gara, la Stazione Appaltante intende compiere gli approfondimenti che si riconducono alle caratteristiche generali dei prodotti considerati dall'Operatore Economico offerente. L'obiettivo non è quello di analizzare il singolo bene considerato ma, piuttosto, di acquisire una conoscenza di carattere generale della tipologia di dispositivi che si intende proporre a noleggio (attraverso la considerazione degli elementi e dei fattori, omogenei o simili per morfologia e funzionalità, si cercherà di acquisire le informazioni utili per una valutazione appropriata).</p> <p>Per quanto precede e considerata la portata del art. 68, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, si chiarisce che alla campionatura non è riservata la funzione di fissare le caratteristiche del singolo dispositivo proposto ma, piuttosto, quella di offrire una conoscenza d'insieme che, associata alle altre poste alla base del richiamato sub-criterio B1 del Disciplinare di Gara, consenta gli opportuni apprezzamenti riservati alla fase di valutazione.</p> <p>Per una più chiara definizione del contesto, si ritiene utile ricordare che le eventuali necessità di dispositivi non considerate né nella campionatura di cui al richiamato paragrafo 4.1.7, né nel più vasto insieme che l'offerente descriverà nella sua relazione tecnica, non saranno considerate preclusive al successo inserimento (in proposito si</p>
--	---	--



	<p>incompleta. Si richiede di specificare le misure dello strumento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Portaghi da monofilamento.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare le misure dello strumento, la tipologia specifica dello stesso, le misure delle punte, il tipo di impugnatura.</li><li>• <b>Pinza Faure 25cm</b> Si chiede di confermare la correttezza della misura dello strumento (25cm).</li><li>• <b>Cucchiaino per RCU 40cm, 1cm.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare l'esatta tipologia dello strumento e di confermare la correttezza della misura dello stesso (40cm).</li><li>• <b>Curette per RCU 36cm, 0,5-1mm.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare la esatta tipologia dello strumento e di confermare la correttezza delle misure dello stesso (36cm, 0,5-1mm) in quanto le misure associate a questi strumenti risulterebbero diverse.</li><li>• <b>Aspiratori da 2fr a 15fr.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare l'esatta tipologia dello strumento.</li><li>• <b>Portaghi 16-18cm per aghi calibro 9/0 a 2.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare l'esatta tipologia dello strumento.</li><li>• <b>Pinza Adson 18cm.</b> Si richiede di confermare la correttezza della misura dello strumento richiesto e/o eventualmente la possibilità di campionare uno strumento più corto (12-15cm) che rappresenta lo standard riconosciuto per questa tipologia di pinza.</li><li>• <b>Divaricatori autostatici 16-18cm.</b> La descrizione risulta incompleta. Si</li></ul>	<p>legga la disciplina considerata al paragrafo 4.1, penultimo capoverso, del Capitolato Speciale d'Appalto).</p>
--	--	---



	<p>richiede di specificare l'esatta tipologia dello strumento.</p> <p>• <b>Divaricatori autostatici 16-18cm con valva a dx e a sx.</b> La descrizione risulta incompleta. Si richiede di specificare l'esatta tipologia dello strumento.</p>	
PG/2021/16550 del 28/10/2021	<p>In riferimento alla planimetria allegata XXX "inquadramento della centrale di sterilizzazione" si richiede gentilmente l'invio di un file in formato DWG.</p>	<p>Si richiama il contenuto dei chiarimenti forniti in data 30.09.2021 e i relativi allegati, pubblicati nella piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, tra i quali: allegato capitolato xxx.dwg.</p>
PG/2021/16589 del 29/10/2021	<p>1. In riferimento all'art. 6 "contenuto della busta B – Offerta Tecnica" del disciplinare di gara si chiede di confermare che la premessa avente oggetto "rispondenza alle leggi, alle normative e ai requisiti di accreditamento" non sia da intendersi ricompresa nella 45 pagine totale messe a disposizione per la redazione del progetto tecnico.</p> <p>Si chiede altresì conferma che la copertina e l'eventuale indice sia escluso del conteggio delle 45 pagine messe a disposizione per la presentazione dell'offerta tecnica.</p> <p>2. Si chiede conferma che il progetto di riqualifica dei locali messi a disposizione c/o il blocco M del policlinico universitario "Duilio Casula" siano da presentare, in sede di offerta, con caratteristiche di studio di fattibilità come riportato all'Art. 16 punto d) pag. 30 del disciplinare di gara. A fronte di quanto sopra si chiede di confermare che trattata di rifiuto la richiesta di un progetto definitivo riportata all'art. 7 pag. 40 del CSA, che peraltro richiederebbe per la sua elaborazione di un maggior</p>	<p>1. Si conferma il contenuto del paragrafo 16 del Disciplinare di gara. Il progetto offerta, comprensivo della premessa avente oggetto "rispondenza alle leggi, alle normative e ai requisiti di accreditamento", della eventuale copertina e dell'indice, deve essere composto da massimo 45 facciate (pagine dattiloscritte).</p> <p>2. Si chiarisce che il livello di definizione del progetto da presentare contestualmente all'Offerta è quello previsto per la fattibilità tecnica ed economica, considerata all'art.23 c. 6 del D.Lgs. 50/12016.</p> <p>Al solo Aggiudicatario è riservata la progettazione definitiva ed esecutiva di cui ai commi 7 ed 8 del suddetto art. 23.</p>

**S.C. Servizio Tecnico**

San Giovanni di Dio, via Ospedale 54, 09124 Cagliari

Policlinico Duilio Casula, SS 554 bivio per Sestu

Tel. 07051092268

Email [ser.tecnico@pec.aoucagliari.it](mailto:ser.tecnico@pec.aoucagliari.it)

**Sede legale**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari

P.I. e C.F. 03108560925

**AouCaSiCuraDiTe**

**[www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)**



	<p>quantitativo di informazioni tecniche (tavole relative a: quote, allacci, impianti meccanici, idraulici, elettrici ecc.) nonché di un sopralluogo specifico.</p> <p><b>3.</b> In riferimento a quanto riportato nell'art. 4.1.3. "proposta progettuale dei set chirurgici" si richiede la possibilità di fornire su supporto informatico (es. DVD), entro i termini di presentazione dell'offerta, congiuntamente alla campionatura, la documentazione relativa a cataloghi, schede tecniche e altra documentazione tecnica relativa ai dispositivi offerti a noleggio, quanto sopra si rende necessario poiché le dimensioni di detta documentazione risultano essere di diversi gigabyte.</p>	<p>3. Si conferma il contenuto del Paragrafo 4.1.3. del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel progetto offerta dovrà essere indicato l'elenco, mentre l'ulteriore documentazione (cataloghi e documenti illustrativi e tecnici) potrà essere allegata anche attraverso supporti informatici, da inserire nel plico contenente la campionatura.</p>
PG/2021/17045 del 09/11/2021	<p>In ragione dei recenti rincari delle forniture connesse alle prestazioni oggetto di gara, che rendono doverosa un'attenta ricerca di mercato finalizzata all'aggiornamento delle quotazioni a disposizione e tenuto conto della complessità della proposta progettuale, si chiede la concessione di un congruo termine di proroga, necessario per una compiuta redazione dell'offerta.</p>	<p>Non è possibile accordare alcuna proroga. La programmazione dell'investimento richiede il compimento di fasi procedurali entro termini prestabiliti. La pubblicazione intervenuta in data 03.09.2021 e la scadenza fissata il 30.11.2021 costituiscono un presupposto temporale oggettivo e sufficientemente ampio. Le ragioni dei segnalati rincari, condizionate da logiche di mercato estranee alla procedura di gara, non troverebbero soddisfazione con la concessione di una proroga comunque sia limitata nel tempo.</p>
PG/2021/17046 del 09/11/2021	<p>Al fine di poter procedere alla redazione di un progetto tecnico atto a definire le opere necessarie per l'approntamento dei locali ad uso Centrale di Sterilizzazione interni all'Azienda Ospedaliero Universitaria</p>	



di Cagliari, si rimette di seguito alcune richieste di documentazione.

### **LOCALI E CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI**

- a) Si richiede le planimetrie editabili (.dwg) dei locali ove è possibile evincere le dimensioni architettoniche (quote, altezze sopra e sotto controsoffitto, ubicazione del piano, ecc.) dell'area nella quale sarà possibile installare la U.T.A. di nuova fornitura a servizio dei locali di sterilizzazione;

### **IMPIANTI MECCANICI**

- a) Si richiede la disponibilità dei fluidi necessari al funzionamento della U.T.A. (Acqua Refrigerata, Acqua Calda, Vapore Pulito) in prossimità del luogo nel quale prevedere la sua installazione. O qualora questo non fosse possibile, si richiede l'identificazione in pianta delle tubazioni principali dalle quali potersi derivare. In entrambi i casi, si richiede i seguenti dati: o Temperature (°C) e portate (mc/h) di acqua calda per riscaldamento e acqua refrigerata; o Pressione e tipologia di vapore;

### **IMPIANTI ELETTRICI**

Le planimetrie dei locali tecnici sono interne al volume del corpo di fabbrica rappresentato nell'allegato xxx.dwg. Nel richiamato allegato è rappresentata la pianta del piano terra del Blocco M; al piano secondo del suddetto Blocco è presente il locale tecnico che ha un'altezza netta di interpiano pari a circa 300 cm mentre, al di sotto del piano riporto nell'allegato xxx.dwg, si trova un unico sottopiano con altezza netta di circa 250 cm, in cui sono presenti tutte le dorsali e gli anelli impiantistici a servizio delle colonne montanti presenti in ciascun Blocco. Si raccomanda appropriatezza nella gestione del suddetto dato, posto che tali locali tecnici sono densamente popolati da dispositivi in esercizio.

Nel Blocco M vengono approvvigionate acqua refrigerata alla temperatura di circa 6/9 °C e acqua calda alla temperatura di circa 45 °C. Non è disponibile vapore pulito. Non è disponibile la portata in m<sup>3</sup>/ora in quanto gli attuali "stacchi" alle utenze non sono serviti da misuratori di portata. La presenza di tali dispositivi in uscita dalle centrali tecnologiche non rende un dato significativo, a livello di singolo blocco, utile per la risposta al quesito formulato.



a) Si richiede la planimetria con identificazione della posizione del quadro elettrico dal quale derivare la nuova linea di alimentazione a servizio della nuova U.T.A. e relativa potenza disponibile (kW e A). Inoltre, qualora fosse disponibile, si richiede anche lo schema unifilare del Q.E. suddetto.

Il quadro elettrico di blocco è ubicato all'interno del power center attivo nel locale tecnico del secondo piano. Non sono presenti riserve utilizzabili per alimentare una nuova UTA. Si precisa che il Blocco M risulta servito da tre circuiti di alimentazione elettrica (ordinaria, privilegiata e continuità assoluta) e che l'interruttore generale a monte di tutte le utenze servite possiede un taglio in termini di potenza e intensità di corrente sufficienti per sopportare i futuri fabbisogni (si consideri il semplice fatto che l'intervento in trattazione comporta un fabbisogno di energia sicuramente inferiore, quanto meno di due terzi, rispetto a quello attuale). I chiarimenti che precedono vengono considerati esaustivi e sufficienti per consentire gli approfondimenti propri di una progettazione di livello studio di fattibilità tecnica economica.