



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

**Servizio Tecnico-Ingegneria Clinica**

via Ospedale 54  
09124 Cagliari  
tel. 070.6092223  
email: [crcooco@aoucagliari.it](mailto:crcooco@aoucagliari.it)

**CAPITOLATO TECNICO  
LOTTO N. 3**

**OTTOTIPO**

*Scheda tecnica, indicazione di base d'asta, griglia di valutazione*

**Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

 [facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)  
 [twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)  
 **Youtube: Aou Cagliari Tv**



## SCHEDA TECNICA

### Ottotipo

#### Descrizione

come proposto

**Strumentazione per valutazione e diagnosi in oftalmologia non classificata altrove.**

da

classificazione

CND:

**Codice CND: Z12120199**

### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Ottotipo a proiezione così configurato:

- Possibilità di eseguire un'ampia varietà di tipologie di test, tramite almeno 25 tavole di proiezione
- Possibilità di cambiare velocemente le tavole da proiettare
- Dotato di telecomando o sistema equivalente per il cambio e la scelta dei test da programmare
- Possibilità di eseguire movimenti di tilt per consentire un ottimale posizionamento dello strumento
- Possibilità di funzionare in un ampio range di distanze
- Dotato di spegnimento automatico
- Dotato di sorgente ad elevata luminosità per la corretta visione dei test proiettati
- Dotato di sistema di zoom per adattare la proiezione alla distanza dello strumento
- Fornito con tutti gli accessori necessari per il funzionamento corretto e sicuro quali: tavola/schermo per proiezione a muro ed eventuali staffe di montaggio
- Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili
- Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti
- Peso e massime dimensioni di ingombro ridotte
- N.1 cassetta lenti dotata di minimo 232 pezzi con n. 2 montature di prova (adulto e bambino) di tipo oculus
- N. 2 sgabelli a cinque razze per visita

#### Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

#### Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

Web: [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

[facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)  
 [twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)  
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliari)



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

**Servizio Tecnico-Ingegneria Clinica**

via Ospedale 54  
09124 Cagliari  
tel. 070.6092223  
email: [crcooco@aoucagliari.it](mailto:crcooco@aoucagliari.it)

Le apparecchiature offerte dovranno riportare la marcatura CE ai sensi del D.Lgs. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata.

### REQUISITI MIGLIORATIVI

- Possibilità di programmare la proiezione dei test da eseguire
- Dotato anche di simboli per bambini
- Dotato di un numero maggiore di tavole proiettabili

## BASE DATA

€. **3.200,00 € (oltre iva).**

**Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

 [facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)  
 [twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)  
 **Youtube: Aou Cagliari Tv**



## GRIGLIA DI VALUTAZIONE

OTTOTIPO A PROIEZIONE	
Requisiti qualitativi	
Tipologie di test eseguibili	10
Range di distanza di funzionamento	10
Sistema di controllo (es: telecomando) delle funzioni: tipologia, numerosità usabilità	10
Sistema di cambio delle tavole da proiettare	10
Programmabilità dei test da eseguire	10
Ergonomia, dimensioni e peso	10
Numero di tavole proiettabili, superiore a 25	10
<b>Totale</b>	<b>70</b>

**Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

[facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)

[twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)

**Youtube:** Aou Cagliari Tv