



www.aoucagliari.it

LOTTO 5

Stazione di refertazione dedicata allo screening mammografico destinato alla ASL Lanusei.

CIG N. 4678068FD2

Importo a base d'asta € 50.000,00 IVA Esclusa

La stazione di refertazione sarà collegata al PACS ospedaliero (Sectra) e dovrà essere con esso compatibile e interfacciabile in tutte le sue componenti.

A seguire le caratteristiche tecniche e configurazione minima relativa alla fornitura in oggetto.

Stazione di refertazione dedicata per esami mammografici, completa di n°2 monitor diagnostici per refertazione da almeno 5 MPixel e 1 ulteriore monitor che consenta la visualizzazione dei dati del paziente.

Caratteristiche minime pena esclusione relative al sistema di refertazione:

- Workstation di refertazione, basata su sistema operativo Windows, in grado di gestire esami mammografici sia clinici che di screening.
- Dotata di n°2 monitor di refertazione ad alta risoluzione da almeno 5 Mpixel.
- Dotata di n°1 ulteriore monitor che consenta la visualizzazione dei dati paziente.
- Collegabile alla rete di trasmissione dati in conformità allo standard DICOM 3 e, a tale scopo, dovrà essere completo di tutte le classi funzionali a consentire il collegamento agli attuali e futuri sistemi RIS-PACS, alle diagnostiche radiologiche, ai sistemi di stampa delle immagini radiografiche e dovrà essere in particolare pienamente compatibile e interfacciabile con le postazioni di creazione DVD paziente in uso presso la ASL di Lanusei.

Il sistema dovrà essere dotato, inoltre, almeno dei seguenti applicativi:

- Software per la post elaborazione delle immagini mammografiche.
- Software per la calibrazione e controllo della qualità dei monitor diagnostici.
- Software che consenta di visionare e comparare immagini provenienti da altre modalità di acquisizione (US, MR, CT).