



Oggetto: Appalto misto inerente la fornitura, chiavi in mano, di una apparecchiatura diagnostica per immagini a risonanza magnetica nucleare e un tomografo computerizzato multistrato, comprese le opere di adeguamento dei locali afferenti la U.O.C. Diagnostica per Immagini Policlinico “Dulio Casula” A.O.U. Cagliari.

QUESITI E CHIARIMENTI

Nel seguito si riportano le risposte ai quesiti formulati da diversi operatori economici interessati alla procedura.

QUESITO n.1

In relazione ai “ulteriori criteri di attribuzione del punteggio”, alla voce F-servizio riposizionamento TAC in uso, si chiede di specificare come i 7 punti previsti verranno ripartiti in relazione alla soluzione offerta.

Si chiede inoltre di specificare secondo quali parametri verranno valutate le caratteristiche della eventuale tac in sostituzione (come prospettato a pag 43 del Disciplinare di gara) rispetto a quelle della TAC in uso.

CHIARIMENTO n.1

L’Amministrazione ha predisposto un documento di gara orientato:

- all’attribuzione dei punteggi di qualità secondo la disciplina rappresentata al paragrafo 8.6, prevedendo l’assegnazione del punteggio tecnico ed il conseguente calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, mediante l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. secondo la formulazione indicata nel Bando di Gara e attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010;

- all’apprezzamento delle dinamiche che l’offerente intende proporre in merito al trasferimento della tecnologia in uso, riservandosi di apprezzare in modo “maggiore” le soluzioni che prediligeranno al trasferimento della TAC marca Philips attualmente installata, la “nuova fornitura”.

In merito a tale ultima possibilità, non essendo specificato diversamente, verranno apprezzate allo stesso modo le soluzioni di nuova fornitura, a prescindere dalle specifiche peculiarità dei prodotti offerti, posto che l’unico richiamo in merito contempla tecnologie di caratteristiche almeno pari a quella in dotazione.

QUESITO n.2

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere quanto segue:

1. Nell’ipotesi in cui la ditta aggiudicataria fornisca una TAC nuova in alternativa alla disinstallazione, spostamento e reinstallazione della TAC marca Philips in uso, si chiede conferma che la Stazione Appaltante provvederà allo smontaggio e smaltimento della tac esistente con oneri a suo carico;
2. Avendo riscontrato sul “Disciplinare di gara” la seguente dicitura: “Tutti i documenti dovranno, a pena di esclusione, esser firmati o siglati su tutte le pagine”; in considerazione dell’elevato numero di pagine che costituiscono i manuali d’uso da fornire al punto B 1.6 della documentazione di gara, chiediamo se, per rispondere alla richiesta, è sufficiente la sottoscrizione sulla prima e sull’ultima pagina dei suddetti documenti.

CHIARIMENTO n.2

L’offerente che intenda proporre la fornitura di una nuova TAC in sostituzione del servizio di trasferimento conserva l’obbligo di liberare gli spazi attualmente impegnati dalla TAC in uso. Restano a suo carico gli oneri di allontanamento restando chiarito che compete all’aggiudicatario decidere la destinazione finale del bene (conferimento a rifiuto ovvero assegnazione ad un nuovo uso) con obbligo di presentazione alla Stazione



AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI CAGLIARI



SERVIZIO TECNICO
Via Ospedale 54 – 09124 CAGLIARI
Partita IVA e C.F. 03108560925

Appaltante di tutta la documentazione di rito relativa allo smaltimento ovvero alla cessione, a qualsiasi titolo, del suddetto bene.

L'obbligo di firma attiene alla documentazione inerente l'offerta e non ancora alle copie dei manuali d'uso che verranno tenuti in considerazione anche se sprovvisti di sottoscrizione in ogni pagina; tale documentazione dovrà esser numerata e rilegata in modo da consentirne una sicura ed univoca lettura.

Servizio Tecnico
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Cristian Cocco