



**Oggetto:** Appalto misto inerente la fornitura, chiavi in mano, di una apparecchiatura diagnostica per immagini a risonanza magnetica nucleare e un tomografo computerizzato multistrato, comprese le opere di adeguamento dei locali afferenti la U.O.C. Diagnostica per Immagini Policlinico “Dulio Casula” A.O.U. Cagliari.

#### **QUESITI E CHIARIMENTI**

Nel seguito si riportano le risposte ai quesiti formulati da diversi operatori economici interessati alla procedura.

#### **QUESITO n.1**

Nella busta tecnica è richiesto di allegare il PROGETTO DEFINITIVO delle opere (composto da relazioni generali, specialistiche, calcoli delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo, computi metrici e rispettivi elaborati grafici) premiato con 13 punti; si chiede pertanto di confermare che quanto riferito per la presentazione del progetto riportata nel Disciplinare di gara, Pag 28-29, è da considerarsi come traccia e a titolo indicativo.

#### **CHIARIMENTO n.1**

L'indicazione riportata al punto B.2.2., pagine 28 e 29 del Disciplinare di Gara, costituisce un richiamo all'impianto normativo che governa la composizione tipica di un elaborato progettuale di livello definitivo (cfr Parte II, Titolo I, Capo IV, Sezione I del D.Lgs 163/2006 e Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010) e risulta preordinata alla attivazione del sub-procedimento di verifica e approvazione del progetto definitivo che, come stabilito all'art. 168 del D.P.R. 207/2010, anticipa la stipulazione del contratto.

È per questo motivo che il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara dovrà contenere quegli elementi minimi riportati al punto B.2.2 del Disciplinare di Gara in modo da consentirne la sua approvazione, previa acquisizione dei necessari pareri, senza richiedere integrazioni e/o adeguamenti potenzialmente incidenti sull'iter di approvazione.

Giova ricordare che poiché gli eventuali adeguamenti richiesti dal Responsabile del Procedimento ed apportati al progetto definitivo dell'offerta tecnica dichiarata aggiudicataria non potranno comportare alcun compenso aggiuntivo all'aggiudicatario e che le variazioni quali-quantitative ammesse in progettazione esecutiva non consentiranno di introdurre modificazioni di rilievo, risulta determinante affrontare la progettazione definitiva con le cautele richieste dallo specifico contesto.

#### **QUESITO n.2**

Si chiede di confermare l'eventuale possibilità di intervenire anche nei locali sottostanti(soffitto) l'area di intervento, al fine di migliorare l'eventuale contenimento del campo magnetico.

#### **CHIARIMENTO n.2**

Si conferma l'eventuale possibilità di intervenire nei locali sottostanti l'area di intervento per l'attuazione delle attività ritenute necessarie alla corretta realizzazione del progetto che si intende proporre.

Servizio Tecnico  
Il Responsabile del Procedimento  
F.to Ing. Cristian Cocco