



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliero - Universitaria Cagliari

Servizio Provveditorato ed Economato

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042 - Monserrato

Tel. 070/51096561 - Fax 070/51096520



CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 17 GENNAIO 2012

Relativi alla Gara d'appalto con procedura aperta per la fornitura e installazione di n. 1 apparecchio radiologico telecomandato digitale" dell'AOU di Cagliari.

Si comunica che al punto 3.1.4 del capitolato tecnico è presente un refuso; per cui la frase "Dimensione del Pixel non inferiore a 0,180 mm" diventa "Dimensione del Pixel non superiore a 0,180 mm".

Si comunica che il comma 3 bis dell'art. 81 del D. Lgs 163/06, aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera i-bis, legge n. 106 del 2011, è stato poi abrogato dall'art. 44, comma 2, legge n. 214 del 2011, pertanto non è più necessario specificare il costo del personale nell'offerta economica.

D. E' necessario produrre la giustificazione relativa alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto in sede di offerta e non in sede di riscontro di offerta anomala?

R. E' preferibile presentare già in sede di offerta le giustificazioni sulla formazione del prezzo, all'apertura delle offerte economiche nel caso di individuazione di offerta anomala si attiveranno le altre procedure previste dalla normativa vigente.

D. Tutte le caratteristiche tecniche elencate nel Capitolato tecnico indicate come composizione del sistema e caratteristiche di minima sono da considerarsi indispensabili e quindi a pena di esclusione o saranno ammesse anche apparecchiature prive di alcune delle suddette caratteristiche;

R. Tutte le offerte pervenute verranno valutate da apposita commissione costituita nei termini di legge, secondo i criteri indicati nel bando contemplando tutte le tecnologie, senza esclusione di tecnologie alternative, fermo restando che alle caratteristiche offerte verranno attribuiti i punteggi come previsto dal capitolato speciale e che le offerte che otterranno, prima della riparametrazione, un punteggio inferiore a 40/60 saranno escluse dalle successive fasi della gara.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Maria Teresa Piras