



Mon serrato 10.09 2009

Oggetto : errata corrige caratteristiche lotto n. 5 della procedura per "l'affidamento della fornitura, in cento lotti distinti, di dispositivi medici destinati al Servizio di Cardiologia Invasiva dell'A.O.U. di Cagliari, in scadenza il 20.10.09",

In riferimento alla pubblicazione del Capitolato Tecnico della documentazione di gara riguardante la **procedura per "l'affidamento della fornitura, in cento lotti distinti, di dispositivi medici destinati al Servizio di Cardiologia Invasiva dell'A.O.U. di Cagliari"**, in scadenza il 20.10.09, si segnala che per mero errore materiale nel citato capitolato è stata riportata una non corretta descrizione delle caratteristiche tecniche riguardanti il lotto n. 5.

Vengono sotto riportate le effettive caratteristiche tecniche del citato lotto che faranno fede in sede di gara:

	Kit per procedura transradiale costituito da:	Quantità annua prevista	Importo annuo previsto
Lotto n° 5	1) Introduttore idrofilo misure 10, 16 e 25 cm. Calibro 5 e 6 F, con valvola quadricuspide e monoparete, completo di filo guida da 0.021" + ago 20G. 2) Sistema per la compressione selettiva dell'arteria radiale, che permetta il controllo visivo del sito di puntura, garantisca la pervietà dell'arteria ulnare ed il ritorno venoso. 3) Catetere diagnostico armato con maglia romboidale a 32 fili d'acciaio , 6F curva Tiger, utile per incannulare sia la coronaria di sinistra che la coronaria di destra.	800	47.500,00



Il Responsabile del Servizio
Provveditorato Economato

Dot

sa M. P. Piras