



**LOTTO N. 12**

**LETTO TERAPIA INTENSIVA CORONARICA**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Letto ad altezza variabile su due colonne motorizzate, piano rigido radio trasparente almeno dalla zona testa alla zona inguinale idoneo a un preciso posizionamento della lastra con guida porta lastre e cassetta sotto il piano per la maggior lunghezza del letto

possibilità di inserimento bilaterale dell'amplificatore di brillantezza

dimensione idonee a tutti i materassi in uso in reparto Larghezza non inferiore a 80 cm e lunghezza non inferiore a 200 cm

altezza variabile elettricamente con minimo e massimo tali da permettere un comodo utilizzo sia a paziente che a operatori

Trendelenburg/Controtrendelenburg elettrico di almeno 15°

sezionatura del piano che consenta l'elevazione elettrica del busto

elevazione femorale movimentazione del gambale

comando di emergenza per il ripristino rapido della posizione per CPR

testata rimovibile e abbattibile pedata rimovibile, sponde laterali a più sezioni tali da garantire la protezione in qualsiasi posizione del piano rete con discesa servo assistita o comunque ammortizzata

comandi elettrici per le varie funzioni schienale femorale gambale altezza variabile trend e controtrend, pulsantiera operatore alimentazione elettrica adeguata alla destinazione d'uso

grado di protezione l'ingresso pericoloso di acqua o pulviscolo adeguato alla destinazione d'uso

ruote piroettanti con diametro minimo di 150 mm antistatiche a basso attrito con ruota direzionale con sistema frenante facilmente raggiungibile

portata dinamica in sicurezza non inferiore a 200kg

assunzione della posizione seduta terapeutica raggiungibile con un unico tasto

sistema di allungamento integrato per accogliere comodamente anche pazienti di statura elevata

piano scrittoio ad innesto con funzione di porta monitor da posizionare nella zona piedi

Completo di aste di adeguata altezza e robustezza sia per flebo sia per pompe di infusione, porta bombole, materasso antidecubito larghezza minima non inferiore a 85 cm

**QUANTITÀ N. 2**

**TOTALE BASE DESTA € 20.000,00**

**Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

[facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)

[twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)

Youtube: Aou Cagliari Tv



**AZIENDA  
OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA  
DI CAGLIARI**

CIG N. 7613021FA8

FIDEJUSSIONE " 400,00

CRITERI VALUTATIVI DI QUALITÀ	PUNTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	35
FUNZIONALITÀ ED ERGONOMIA	20
PULIZIA E SANIFICAZIONE	10
MANUTENZIONE POST VENDITA	5
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>70</b>

**Sede Legale:**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari  
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari  
P.I. e C.F. 03108560925

**Contatti:**

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344  
email: [dir.generale@aoucagliari.it](mailto:dir.generale@aoucagliari.it)  
email pec: [dir.generale@pec.aoucagliari.it](mailto:dir.generale@pec.aoucagliari.it)

**Web:** [www.aouca.it](http://www.aouca.it) . [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

 [facebook.com/Aoucagliari](https://facebook.com/Aoucagliari)  
 [twitter.com/AOUCagliari](https://twitter.com/AOUCagliari)  
 **Youtube:** Aou Cagliari Tv