



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI

Sede legale Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari

P. IVA e C.F. 03108560925



**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UNA FORNITURA DI
PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI CON RELATIVI ELETTROCATETERI**

**STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI -
SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

TIPOLOGIA GARA: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. 2006, N. 163

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 3.998.200,00 I.V.A. ESCLUSA

OGGETTO APPALTO: FORNITURE

LOTTE: 38

NUMERO GARA AVCP: 5717583

PERIODO AGGIUDICAZIONE: ANNI 1+1

**LUOGO ESECUZIONE: P.O. SAN GIOVANNI DI DIO –
VIA OSPEDALE 54 - CAGLIARI**

**CRITERIO AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
(LOTTE 1-35 e 37-38) E PREZZO PIU' BASSO (LOTTO 36)**

TRASMISSIONE ALLA G.U.U.E. IN DATA: 13/08/2014

DATA SCADENZA OFFERTA: 10/10/2014

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT.SSA MARIA TERESA PIRAS

**GARANZIA: 2% IMPORTO A BASE D'ASTA (PROVVISORIA) -
10% IMPORTO AGGIUDICATO (DEFINITIVA)**

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: TAR SARDEGNA

ELENCO DOCUMENTI DI GARA: Capitolato tecnico
Domanda partecipazione alla procedura
Schema contratto



DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
- ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE
- ART. 3 - LOTTI E DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
- ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI (FORUM)
- ART. 5 - CONSIP S.P.A.
- ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
- ART. 7 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA
- ART. 8 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO
- ART. 9 - DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
- ART. 10 - CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 11 – CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ART. 12 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA ED INVIO
INVOLABILITÀ DELL'OFFERTA TELEMATICA
- ART. 13 – UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- ART. 14 - SCHEMA TEMPORALE – TIMING
- ART. 15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 16 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
- ART. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE
- ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 19 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 - MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
- ART. 21 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 22 – VIZI
- ART. 23 - PENALI
- ART. 24 – RISOLUZIONE
- ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 28 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- ART. 29 - FORO COMPETENTE
- ART. 30 - RICHIAMI NORMATIVI



ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con Delibera del Direttore Generale n. 833 del 13.08.2014, ha indetto una gara d'appalto tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, per l'aggiudicazione della fornitura biennale di dispositivi medici destinata alle esigenze della Clinica Cardiologica.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico accetta tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico allegato.

L'esecuzione contrattuale sarà, inoltre, regolata dalle norme del codice civile e, in particolare, dalle disposizioni sul contratto estimatorio di cui agli artt. 1556 e ss. c.c.

L'appalto avrà la durata di un anno, con attribuzione alla stazione appaltante del diritto potestativo di proroga annuale, alle condizioni elencate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico allegato, e, comunque, non oltre il tempo necessario all'espletamento da parte dell'AO Brotzu della procedura a valenza regionale (CND J01 -C02 -C05) (Delibera G.R. n. 41/7 del 15.10.2012).

Pertanto, l'AOU di Cagliari è titolare del diritto potestativo di revocare la presente procedura ovvero di non dare luogo all'esecuzione integrale del contratto, laddove, nelle more dell'espletamento della gara o dell'esecuzione del contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione del contratto tramite la menzionata gara in unione d'acquisto regionale.

Parimenti, la stazione appaltante è titolare del diritto di revoca nell'ipotesi in cui la presente fornitura divenisse oggetto di procedure gestite da Consip SPA o da altre centrali di committenza, ovvero in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

In particolare, in considerazione degli indirizzi regionali di svolgimento delle gare in Unione d'acquisto, i soggetti aggiudicatari si impegnano ad accettare che, durante il periodo di vacanza contrattuale, i contratti oggetto della gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire modificazioni, fino anche alla risoluzione dei contratti nel caso di aggiudicazione della gara in Unione d'acquisto.

L'AOU si riserva di procedere all'aggiudicazione del contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed economicamente congrua.

Non è stato predisposto il DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. 2008, n. 81, in quanto trattasi di mera fornitura.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte superiori rispetto all'importo complessivo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel Capitolato Tecnico sono puramente indicativi, non esattamente prevedibili e predeterminabili, in quanto subordinati a fattori variabili nel tempo in relazione a mutamenti del fabbisogno aziendale, al variare dell'affluenza di pazienti ed alla casistica clinica. Il fornitore dovrà somministrare solo quanto richiesto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, senza sollevare eccezioni o pretendere compensi od indennità, qualora le quantità richieste risultassero diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta.

Gli ordini, inoltre, potrebbero essere interrotti qualora decisioni motivate da cause sopravvenute di interesse pubblico comportassero l'esclusione dell'utilizzo dei prodotti aggiudicati nelle strutture dell'A.O.U. In tale ipotesi, l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, in ragione dell'eventuale interruzione dell'esecuzione contrattuale della fornitura da parte della stazione appaltante.



ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche e le prescrizioni quantitative richieste sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico e rappresentano lo standard cui ci si deve riferire.

Nell'espletamento della fornitura dovranno comunque essere rispettate:

- le normative di legge vigenti sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, sull'igiene dei luoghi di lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- ogni altra prescrizione normativa nazionale e/o comunitaria riferita alla fornitura in parola anche se non specificatamente menzionata.

L'operatore economico si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di fabbricazione ed al perfetto funzionamento di quanto offerto, nonché per eventuali controversie che potrebbero insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, i cui diritti e le eventuali indennità devono essere compresi nel prezzo offerto in sede di gara.

L'A.O.U. di Cagliari è estranea ai rapporti tra il soggetto offerente e il titolare del brevetto. L'operatore aggiudicatario garantisce l'A.O.U. di Cagliari in ogni tempo nei confronti di qualsivoglia pretesa di terzi titolari di brevetti, marchi, licenze, modelli, opere dell'ingegno, dispositivi, pezzi, materiali, procedimenti utilizzati per l'esecuzione del contratto.

In ottemperanza all'art. 68, comma 4, D.Lgs. 2006, n. 163, nel caso la descrizione dei prodotti inseriti nel capitolato tecnico identificasse tipologie con caratteristiche esclusive, verranno presi in considerazione, ai fini valutativi, anche prodotti con caratteristiche equivalenti.

ART. 3 LOTTI E DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

La procedura si articola in 38 lotti inscindibili.

NUMERO GARA AVCP: 5717583

Lotto 1: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 60.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890336B07

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.200,00

Lotto 2: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 40.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58903441A4

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 800,00

Lotto 3: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 48.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890361FA7

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 960,00



Lotto 4: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 40.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890434BE6

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 800,00

Lotto 5: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 20.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58904411B0

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 400,00

Lotto 6: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 50.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58904454FC

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.000,00

Lotto 7: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 50.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 589045091B

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.000,00

Lotto 8: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 25.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890453B94

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 500,00

Lotto 9: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 158.400,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890456E0D

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 3.168,00

Lotto 10: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 79.200,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58904633D7

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.584,00

Lotto 11: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 132.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890477F61

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 2.640,00

Lotto 12: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 66.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58904812B2

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.320,00



Lotto 13: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 66.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58904877A4

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.320,00

Lotto 14: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 198.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 589051813B

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 3.960,00

Lotto 15: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 20.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 589052462D

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 400,00

Lotto 16: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 112.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890530B1F

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 2.240,00

Lotto 17: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 196.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890535F3E

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 3.920,00

Lotto 18: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 11.200,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890541435

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 224,00

Lotto 19: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 16.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58905489FA

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 320,00

Lotto 20: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 11.200,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5890552D46

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 224,00

Lotto 21: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 11.200,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58910990B0

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 224,00



Lotto 22: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 120.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891106675

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 2.400,00

Lotto 23: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 48.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891112B67

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 960,00

Lotto 24: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 48.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 589112996F

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 960,00

Lotto 25: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 48.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891136F34

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 960,00

Lotto 26: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 224.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 589114242B

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 4.480,00

Lotto 27: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 56.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58911456A4

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.120,00

Lotto 28: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 84.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58911624AC

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.680,00

Lotto 29: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 504.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891169A71

Contributo Autorità Vigilanza: euro 70,00

Garanzia provvisoria: euro 10.080,00

Lotto 30: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 512.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 589118252D

Contributo Autorità Vigilanza: euro 70,00

Garanzia provvisoria: euro 10.240,00



Lotto 31: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 160.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891200408

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 3.200,00

Lotto 32: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 64.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891210C46

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.280,00

Lotto 33: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 420.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58912182E3

Contributo Autorità Vigilanza: euro 35,00

Garanzia provvisoria: euro 8.400,00

Lotto 34: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 64.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58912247D5

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.280,00

Lotto 35: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 150.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891228B21

Contributo Autorità Vigilanza: euro 20,00

Garanzia provvisoria: euro 3.000,00

Lotto 36: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 60.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58912361BE

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 1.200,00

Lotto 37: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 8.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 58912469FC

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 160,00

Lotto 38: Importo complessivo biennale a base d'asta: euro 18.000,00 (IVA esclusa)

Codice CIG AVCP: 5891253FC1

Contributo Autorità Vigilanza: NO

Garanzia provvisoria: euro 360,00.



ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONI (FORUM)

Ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 2006, n. 163 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Piras, tel. 070/6092130, fax 070/6092288, e-mail mariapiras@aoucagliari.it.

Per qualsiasi chiarimento l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito www.albofornitori.it nel predetto Forum.

La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti. Le comunicazioni della S.A. nei confronti dei concorrenti, in tutti i casi previsti dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare, Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante invio attraverso la piattaforma del Gestore della piattaforma telematica.

ART. 5 CONSIP S.P.A.

L'AOU di Cagliari ha indetto una procedura di aggiudicazione in via autonoma, in quanto sul sito www.acquistiinretepa.it non risultano convenzioni in atto compatibili con l'oggetto della presente gara.

Qualora, nelle more della procedura, Consip S.p.A. attivasse una convenzione avente oggetto comparabile, nonché parametri di prezzo – qualità più convenienti, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la presente gara.

ART. 6 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione al portale www.albofornitori.it, secondo quanto previsto nel successivo art. 7, e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.



ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA

Le Imprese, entro il termine previsto dal successivo timing di gara, devono abilitarsi all'albo Fornitori dell'AOU Cagliari e alla gara con la compilazione della domanda tramite apposito processo informatico accessibile dal sito www.albofornitori.it.

1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'albo fornitori dell'Azienda. La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.

2. Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall'Ente all'interno dell'albo fornitori.

3. All'abilitazione all'albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l'abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al sito www.albofornitori.it, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Gare Pubbliche - Accreditamento" e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Fatto ciò, i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I soggetti partecipanti dovranno iscriversi all'Albo Fornitori dell'Azienda per la seguente voce di gara:

Linee (1° livello):

CND J01 – C02- C05: DISPOSITIVI MEDICI CARDIOLOGIA

Contestualmente all'abilitazione, il gestore del sistema attiva l'account ed il PIN associati all'impresa abilitata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all'albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi prescritti dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06, tutte le società facenti parte dei Raggruppamenti Temporanei d'Imprese devono necessariamente effettuare le operazioni previste ai precedenti punti 1, 2 e 3.

NOTA IMPORTANTE:

Poiché la gara è aggiudicata con criteri differenti vengono create due distinte schede trattativa:

- **Una scheda per l'aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo (lotti nn. 1-35 e 37-38);**
- **Una scheda per l'aggiudicazione al prezzo più basso (lotto n. 36).**



La documentazione amministrativa e il forum sono comuni per tutti i lotti di gara, per cui vengono attivati in un'unica scheda, quella con aggiudicazione al prezzo più basso. La documentazione tecnica e l'offerta economica saranno invece gestite separatamente nelle due trattative su indicate.

Pertanto i passaggi di abilitazione previsti al presente articolo dovranno essere effettuati da tutti i concorrenti con riferimento alla scheda con aggiudicazione al prezzo più basso (in modo da poter accedere al forum e trasmettere la documentazione amministrativa), mentre l'accreditamento alla scheda con aggiudicazione prezzo/qualità dovrà essere effettuato solo dai fornitori che intendono presentare offerta per questi lotti.

ART. 8 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA – GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 291 D.P.R. N° 207/2010 per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID e codice PIN, che consentono alle imprese abilitate l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe.

Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.



Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", ...).

Gestore del sistema: CSAméd s.r.l. di Cremona, di cui si avvale la AOU di Cagliari per le operazioni di gara, di cui all'art. 290 del DPR 207/2010.

Sistema: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all'art. 290 DPR 207/2010; coincide con il server del gestore.

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata dall'impresa concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e alla AOU di Cagliari". Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet (sito: www.albofornitori.it, nell'apposita stanza dedicata alla AOU di Cagliari e nella scheda presente nell'Elenco Trattative) cui si accede utilizzando l'username scelto (e-mail referente Albo) e il codice PIN preventivamente assegnato.

ART. 9 DOTAZIONE INFORMATICA ED AVVERTENZE

Per partecipare alla procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Internet Explorer 7 o superiore;

Mozilla Firefox 3 o superiore;

Safari 4 o superiore;

Google Chrome.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.



4 - Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (account e PIN) assegnati.

L'account ed il PIN necessari per l'accesso al sistema e per la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Le imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.



ART. 10 CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto dal timing di gara, i soggetti partecipanti dovranno caricare sul sistema (upload), collegandosi alla loro area riservata dell'albo fornitori della scrivente, nell'apposito spazio di "invio documentazione amministrativa" messo a disposizione nella scheda trattativa con aggiudicazione al prezzo più basso, la seguente documentazione amministrativa:

1. scansione della domanda di partecipazione alla gara, con apposta una marca da bollo di € 16 sottoscritta dal soggetto partecipante, o, nel caso di impresa, dal suo legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento (art. 38, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), utilizzando preferibilmente il fac-simile accluso al disciplinare-capitolato speciale (**Allegato A**), contenente:

a) la dichiarazione, con la quale si dichiara:

- ◆ di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo;
- ◆ di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le clausole, le pattuizioni, disposizioni e procedure previste Disciplinare - Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;

c) dichiarazione attestante la capacità economica, finanziaria e tecnica professionale ai sensi del D.lgs. 163/2006 mediante:

- ◆ indicazione del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2011, 2012, 2013, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
- ◆ elenco di precedenti forniture effettuate negli anni 2011/2012/2013 equivalenti o simili a quelle del lotto/i partecipato/i, con la specificazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;

d) dichiarazione recante i contatti eletti dall'impresa compreso il numero di fax autorizzato dal concorrente (Impresa Singola/RTI/Consorzio di Imprese/Consorzio di Cooperative) al fine dell'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;

e) dichiarazione attestante che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;

f) dichiarazione con cui i concorrenti, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 38, lettera m-quater, dichiarano alternativamente:

- che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con alcun partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;



- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2. scansione di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante;

3. nel caso in cui la documentazione/dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore speciale autorizzato, è necessario allegare la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma;

4. in caso di associazione temporanea di concorrenti inoltre: copia della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico di costituzione dell'associazione ovvero dichiarazione di impegno ad associarsi formalmente in caso di aggiudicazione; tutte dovranno comunque contenere l'indicazione dell'impresa "mandataria capogruppo" cui spetterà, nei confronti dell'ente appaltante e per tutti gli atti di qualunque natura dipendenti dal contratto, la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, le quali, comprese la mandataria non potranno concorrere alla gara in oggetto, né singolarmente né come facenti parte di altre associazioni, pena l'esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti di partecipazione, richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (cause d'esclusione), devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e la documentazione richiesta dovrà essere prodotta da ciascuna impresa.

I requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria possono essere posseduti anche cumulativamente.

La domanda di partecipazione dovrà essere unica e firmata in caso di RTI formalmente costituite prima della presentazione dell'offerta dall'impresa mandataria; in caso di RTI non formalmente costituite la domanda dovrà essere firmata digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;

5. garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo presunto di ogni singolo lotto per il quale i soggetti partecipanti presentano offerta, da presentarsi ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a scelta dell'offerente rilasciata da Istituto autorizzato, legittimato ad emettere fideiussione per la tipologia e l'importo richiesto, secondo le norme vigenti. La polizza deve espressamente prevedere le seguenti clausole:

- operatività a semplice richiesta della Fondazione;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all'originale.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impresе, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata sia all'impresa capogruppo designata, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande; in caso di Consorzio la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria deve essere necessariamente intestata al Consorzio considerato nel suo complesso.



6. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 113 del citato decreto.

7. Contribuzione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il contributo è dovuto per ciascun lotto partecipato negli importi di cui all'art. 1. Detto contributo, così come stabilito dalla deliberazione della stessa Autorità del 3 novembre 2010, dovrà essere corrisposto secondo le istruzioni operative contenute nell'avviso del 31 marzo 2010 pubblicato sul sito <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it) sezione "contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

Sono consentite le seguenti modalità di contribuzione:

Online – mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare ed allegare all'offerta.

In contanti – muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette o bollettini.

Dovrà essere allegata copia dello scontrino rilasciato.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento, nonché il pagamento del contributo con modalità difformi da quelle sopra indicate è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.

8. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS.

All'interno della documentazione amministrativa dovrà inoltre essere inserita:

- ✦ la **dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali conforme al modulo (allegato A)** accluso al presente disciplinare;
- ✦ il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore a sei mesi dalla data della gara, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli elementi del certificato stesso;
- ✦ l'eventuale dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato B).

Tutte le dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore e sono corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore (in caso di RTI dai legali rappresentanti o procuratori dell'impresa capogruppo, in caso di Consorzio dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio considerato nel suo complesso).

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.



La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

ART. 11 CARICAMENTO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica redatta in lingua italiana dovrà essere caricata dai concorrenti nell'apposito spazio denominato "invio documentazione tecnica" attivato nella scheda trattativa di riferimento (aggiudicazione prezzo più basso oppure aggiudicazione prezzo/qualità), contenente la documentazione volta ad illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche della fornitura in proposta, dovrà soddisfare tutte le richieste citate nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico e dovrà contenere, per ciascun Lotto, tutta la documentazione tecnica specificata nel Capitolato Tecnico.

E' richiesto l'elenco completo, senza l'indicazione degli importi, dei prodotti offerti.

Si richiede l'indicazione del CND e del numero di Repertorio dei dispositivi medici offerti.

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

ART. 12 MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA ED INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA

Nella data e ora previsti dal Timing viene reso disponibile, in ciascuna delle due schede trattativa presenti sul sito, un diverso foglio di lavoro in formato excel. In ciascuno dei due file sono riportati la descrizione dei lotti e il prezzo a base d'asta complessivo. Questi fogli di lavoro costituiscono le schede di offerta e, pertanto, non possono essere modificati.

L'impresa concorrente dovrà quindi compilare uno o entrambi i modelli a seconda dei lotti per i quali intende partecipare, ogni file dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente in maniera distinta e i diversi numeri seriali di marcatura temporale dovranno essere inseriti nelle relative schede trattativa.

I file verranno poi caricati ciascuno nella scheda trattativa di riferimento.

La compilazione dell'offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

1. lo schema di offerta deve essere compilato dall'impresa concorrente mediante inserimento, per ciascun lotto di partecipazione, del prezzo complessivo scontato sull'importo complessivo a base d'asta, IVA esclusa, nella colonna "**prezzo offerto**", in modalità off line, cioè direttamente sul PC dell'impresa stessa senza che alcun file giunga al sistema.

La cella della colonna "prezzo offerta" deve contenere un valore numerico.



In ogni caso, i prezzi offerti devono essere espressi e, comunque, si intendono, onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. I prezzi offerti si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a leggere attentamente quanto eventualmente contenuto della colonna "Note", che contiene le informazioni necessarie alla corretta interpretazione di quanto richiesto. Deve altresì considerare attentamente il prezzo complessivo a base d'asta in quanto l'inserimento di un prezzo superiore viene segnalato come anomalia nella colonna "correttezza", che segnalerà la non congruità dell'offerta e, pertanto, determinerà l'esclusione dell'impresa dalla gara.


Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo è 2.

Non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta.

Dopo aver debitamente compilato e salvato l'offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato digitalmente e, su quest'ultimo file precedentemente firmato digitalmente, dovrà essere apposta la marca temporale certificata.

A seconda dei programmi utilizzati per la firma digitale e la marcatura temporale del file, potranno essere ottenuti o un singolo file .tsd o due file con estensione rispettivamente .p7m e .tst (o .tsr).

Questi file verranno quindi depositati sul PC dell'impresa concorrente e vi stazioneranno in attesa del trasferimento di carico al sistema.



La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l'offerta telematica.

Non è possibile rinominare i file "OFFERTA.xls" o cambiarne l'estensione o inserire all'interno del nome spazi, caratteri accentati e caratteri speciali quali ()?!,:./\&% ~ ecc.

I file (digitalmente firmato e digitalmente firmato/temporalmente marcato) possono essere caricati sul portale, loggandosi da un qualsiasi computer dotato di connettività ad internet.

2. Il concorrente, nei tempi previsti dal timing di gara, **deve obbligatoriamente inserire** nel sistema, collegandosi alla scheda trattativa di riferimento (aggiudicazione prezzo più basso oppure aggiudicazione prezzo/qualità), **il numero di serie identificativo della marca temporale** precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell'offerta economica.

Tale operazione consente di **individuare univocamente l'offerta economica**, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.

L'eventuale discordanza del numero di serie inserito con quello presente nella marcatura temporale del file uploadato sul sistema sarà causa di esclusione dell'offerta dalla gara.



3. L'impresa dovrà trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).

Il Sistema indica all'Impresa non solo qual'è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d'offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall'impresa concorrente solo entro tale periodo; la data di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa (il Sistema provvede a non accettare date non corrette).

Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma e della marcatura temporale delle varie offerte pervenute, in modo da produrre un report con l'indicazione della data, dell'ora di marcatura e della correttezza di ogni offerta.

Per ciò che concerne l'operazione di trasferimento dei file sul server, l'impresa dovrà:

a) collegarsi all'indirizzo <https://app.albofornitori.it/aoucagliari/> e procedere ad un accesso fornitore con i propri dati identificativi;

b) accedere alla scheda di gara attraverso la voce Elenco del menù Trattative;

c) inviare i file utilizzando gli appositi campi presenti nella scheda. Se il fornitore è in possesso del file .tsd deve selezionare e caricare sul sistema solo questo file. Una volta selezionato, il file deve essere salvato sul server utilizzando il comando "Aggiungi". Qualora invece il fornitore non sia in possesso del file .tsd dovrà caricare sul sistema per primo il file con formato .p7m e successivamente quello con estensione .tst (o .tsr). Anche in questo caso, una volta selezionati, i file devono essere salvati sul server utilizzando il comando "Aggiungi".

▪ Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sono disponibili le offerte "in busta chiusa" (sealed bid); al momento dell'apertura delle offerte il sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria che viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato e del miglior prezzo.

Nel periodo di inizio e fine upload, nella fase cioè in cui per la prima volta le offerte vengono trasferite al server di sistema, nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. Le offerte sono quindi modificabili solo durante il periodo di permanenza dei file nei sistemi dei concorrenti, che ne sono direttamente responsabili, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. Non sono più modificabili dopo l'upload, quando vengono prese in carico dal sistema, divenendo inviolabili (la responsabilità della segretezza delle offerte rimane quindi in capo al concorrente stesso e all'ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Azienda e il Gestore).

La conferma della graduatoria è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei singoli prezzi unitari offerti.

L'offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Gli importi riportati devono essere indicati al netto dell'Iva, in cifre ed in lettere.

Il prezzo complessivo offerto (anni 2), per ciascun lotto, non potrà essere superiore all'importo previsto a base d'asta.

Il punteggio relativo all'offerta economica, per ciascun lotto, verrà attribuito sulla base dello sconto sull'importo complessivo biennale a base d'asta.

**ART. 13 UPLOAD DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Entro il termine previsto dal successivo timing di gara, le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Invio ulteriore documentazione” della scheda trattativa di riferimento (aggiudicazione prezzo più basso oppure aggiudicazione prezzo/qualità), selezionando l'apposita voce giustificativa “Dettaglio offerta economica”, **il dettaglio di offerta economica, differenziando le differenti voci che la compongono.**

Il soggetto offerente dovrà dichiarare il numero delle confezioni.

Il soggetto offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Gli importi riportati devono essere indicati al netto dell'I.V.A. in cifre ed in lettere.

In caso di raggruppamento di concorrenti l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta nei modi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

ART. 14 SCHEMA TEMPORALE – TIMING

La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA	DATA	ORARIO
Termine per abilitarsi all'Albo Fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it	26/09/14	13:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)	01/10/14	13:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta.	01/10/14	16:00
Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale della offerta economica telematica	10/10/14	13:00
Inizio periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica	10/10/14	14:00
Fine periodo per l'inserimento del numero di marcatura temporale dell'offerta economica	10/10/14	17:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	03/10/14	09:00



TIMING GARA	DATA	ORARIO
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	10/10/14	13:00
Apertura della documentazione amministrativa e tecnica	24/10/14	16:00
Fine periodo di valutazione tecnica delle offerte da parte della commissione (data indicativa)	10/12/14	13:00
Inizio upload dell'offerta economica telematica, del dettaglio di offerta economica e della giustificazione a corredo dell'offerta	15/12/14	09:00
Fine upload dell'offerta economica telematica, del dettaglio di offerta economica e della giustificazione a corredo dell'offerta	15/12/14	13:00
Pubblicazione della graduatoria	18/12/14	13:00

ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

LOTTE : dal n. 1 al n. 35 e dal n. 37 al n. 38: La migliore offerta è selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, 83 D.Lgs. 2006, n. 163.

A) punteggio tecnico: punti 70**Lotto n° 1 (L.1 GR)**

N° 15 Pacemaker monocamerale SSIR, ampia diagnostica, multi programmabile, telemetrico, con risposta in frequenza regolata da sensore di attività (accelerometro).

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Disponibilità dei connettori: IS-1 BI o UNI, 5/ 6 mm UNI, 3.2 mm LP BI.
- Adattamento completamente automatico dell'energia di stimolazione

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Riconoscimento completamente automatico dell'impianto; configurazione automatica della polarità di stimolazione e di sensing del pacemaker rispetto a quella dell'elettrocatteter e attivazione automatica della diagnostica e delle terapie adattative.	Da 0 a 20
Visualizzazione grafica automatica sulla schermata iniziale del trend delle impedenze, del sensing e delle soglie calcolate relativamente all'ultimo anno.	Da 0 a 15
Disponibilità dei connettori: IS-1 BI o UNI, 5/ 6 mm UNI, 3.2 mm LP BI integrati nella testa del dispositivo.	Da 0 a 15
Algoritmo di regolarizzazione della frequenza ventricolare durante episodi di aritmia sopraventricolare.	Da 0 a 10
Possibilità di controllo in remoto mediante collegamento via modem.	Da 0 a 10



Lotto n° 2 (L.2)

N° 10 Pacemaker monocamerale SSIR, multi programmabile, telemetrico con doppio sensore.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Disponibilità di funzione sonno.
- Elevata longevità.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Riconoscimento automatico dell'impianto con configurazione automatica delle polarità di pacing e sensing.	Da 0 a 15
Registrazione automatica di episodi di aritmia e salvataggio in memoria dell'elettrogramma endocavitario e relativi marker di durata prolungata.	Da 0 a 15
Controllo automatico dell'integrità dell'elettrocatteter e visualizzazione del trend dell'impedenza di stimolazione.	Da 0 a 10
Autosensing con riprogrammazione automatica della sensibilità.	Da 0 a 10
Funzione sonno guidata da sensore, non vincolata alla programmazione di orari.	Da 0 a 20

Lotto n° 3 (L.4 GR)

N° 12 Pacemaker monocamerale SSIR, multi programmabile, telemetria estesa senza fili (wireless) con possibilità di monitoraggio remoto, doppio sensore.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare.
- Alta uscita massima dell'impulso
- Elevata longevità.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Hardware indipendente di sicurezza in caso di malfunzionamento del pacemaker.	Da 0 a 15
Memorizzazione dell'andamento (trend) della frequenza respiratoria.	Da 0 a 15
Controllo del segnale spontaneo (auto/sensing) e riprogrammazione automatica della sensibilità a bassi valori.	Da 0 a 15
Auto-soglia con riprogrammazione automatica dell'ampiezza dell'impulso, con tecnologia che non richiede catetere dedicato.	Da 0 a 15
Memorizzazione dell'andamento (trend) dell'ampiezza del segnale cardiaco, dell'impedenza di stimolazione e della frequenza per 12 mesi.	Da 0 a 10

Lotto n° 4 (L.5 GR)



N° 10 Pacemaker monocamerale SSIR, multi programmabile, con doppio sensore. Completo di catetere MRI compatibile.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare.
- Elevata longevità.
- Compatibilità con la risonanza magnetica.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Controllo dell'impedenza del catetere.	Da 0 a 20
Controllo del segnale spontaneo (auto/sensing) con regolazione automatica.	Da 0 a 15
Auto-cattura con riprogrammazione automatica dell'ampiezza dell'impulso e memorizzazione dei valori	Da 0 a 15
Sensore basato sulla contrattilità miocardica.	Da 0 a 10
Possibilità di controllo remoto mediante trasmettitore portatile alimentato a batteria, senza fili, in grado di inoltrare automaticamente i dati del device a centrale operativa attraverso la rete cellulare.	Da 0 a 10

Lotto n° 5 (L.6 GR)

N° 5 Pacemaker VDD multi programmabile, telemetrico, completo di catetere VDD dedicato.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Disponibilità di rate-responsive.
- Elevata longevità.
- Sensibilità atriale programmabile fino a 0.1 mV.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Cattura automatica mediante conferma di eiezione dopo stimolazione ventricolare.	Da 0 a 15
Algoritmo per la riduzione della percentuale di stimolazione ventricolare.	Da 0 a 15
Commutazione automatica dei cateteri.	Da 0 a 15
Funzione di validazione del segnale (sensing) ventricolare mediante conferma dell'avvenute eiezione.	Da 0 a 15
Diagnostica dedicata alla gestione dei dati dell'impedenza trans valvolare.	Da 0 a 10



Lotto n° 6 (L. Agg. GR)

N° 10 Pacemakers VDDR, multiprogrammabile, telemetrico con risposta in frequenza con sensore accelerometrico. Con catetere dedicato.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Peso e dimensioni contenuti.
- Connessione IS-1 uni-bipolare.
- Uscita massima di alto voltaggio.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Riconoscimento automatico dell'avvenuto impianto.	Da 0 a 15
Autocattura ventricolare.	Da 0 a 15
Commutazione automatica della polarità di sensing e stimolazione del catetere.	Da 0 a 20
Misura automatica delle onde P e R e riprogrammazione automaticamente dei valori di sensibilità atriale e ventricolare.	Da 0 a 20

Lotto n° 7 (L. Agg GR)

N° 10 Pacemakers VDDR, monocamerale, multiprogrammabile, telemetrico con risposta in frequenza con doppio sensore. Con catetere dedicato.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Peso e dimensioni contenuti.
- Connessione IS-1 uni-bipolare compatibile.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Uscita massima di alto voltaggio	Da 0 a 20
Autocattura ventricolare.	Da 0 a 15
Adeguamento della frequenza mediante analisi battito-battito della dinamica della contrazione miocardica.	Da 0 a 20
Riconoscimento della polarità del catetere.	Da 0 a 15



Lotto n° 8 (L.8 GR)

N° 5 Pacemaker DDDR multi programmabile, telemetrico, doppio sensore

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Elevata longevità.
- Sensibilità atriale programmabile fino a 0.1 mV

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Cattura automatica mediante conferma di eiezione dopo stimolazione ventricolare.	Da 0 a 15
Uscita massima dell'impulso di alto voltaggio.	Da 0 a 15
Contatore eventi/istogrammi/trend.	Da 0 a 15
Funzione di validazione del segnale (sensing) ventricolare mediante conferma dell'avvenute eiezione.	Da 0 a 15
Diagnostica dedicata alla gestione dei dati dell'impedenza trans valvolare.	Da 0 a 10

Lotto n° 9 (L.9 GR)

N° 24 Pacemakers DDDR, bicamerale multiprogrammabile, telemetrico, con sensore accelerometrico.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare.
- Uscita massima di voltaggio superiore a 7 volt.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione AAI <-> DDD per la promozione ed il mantenimento della conduzione AV intrinseca.	Da 0 a 20
Possibilità di erogazione di ATP automatiche su aritmie atriali.	Da 0 a 15
Algoritmi per la risposta alle brusche cadute di frequenza.	Da 0 a 15
Misurazione automatica dell'onda P e onda R.	Da 0 a 10
Possibilità di controllo in remoto.	Da 0 a 10

Lotto n° 10 (L.10 GR)



N° 12 Pacemaker bicamerale DDDR, multi programmabile, con doppio sensore e con possibilità di monitoraggio remoto.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare. Elevata longevità.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Doppio sensore (accelerometro e ventilazione minuto).	Da 0 a 15
Sensibilità ventricolare regolabile automaticamente fino a bassi voltaggi.	Da 0 a 15
Hardware indipendente di sicurezza in caso di malfunzionamento del pacemaker.	Da 0 a 15
Telemetria wireless sia per la programmazione che per il controllo remoto.	Da 0 a 15
Algoritmi per la gestione della frequenza cardiaca in occasione degli episodi di tachicardia e fibrillazione atriale.	Da 0 a 10

Lotto n° 11 (L. 11 GR)

N° 20 Pacemaker bicamerale (DDDR) con accelerometro, multi programmabile, completo di elettro-cateteri dedicati.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare compatibile.
- Compatibilità con la risonanza magnetica con elettro cateteri dedicati.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Algoritmo per la promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca.	Da 0 a 15
Gestione aritmie atriali e diagnostica dedicata al monitoraggio degli episodi di tachicardia e fibrillazione atriale.	Da 0 a 15
Misurazione automatica della soglia atriale e ventricolare con adattamento automatico dell'ampiezza dell'impulso battito-battito.	Da 0 a 10
Telemetria wireless sia per la programmazione che per il controllo remoto.	Da 0 a 15
Programmabilità della modalità MRI attraverso telecomando.	Da 0 a 15



Lotto n° 12 (L. 12 GR)

N° 10 Pacemaker bicamerale (DDDR), doppio sensore, multi programmabile, telemetrico, compatibile con la risonanza magnetica, completo di elettro-cateteri dedicati

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare compatibile.
- Massima programmabilità dei parametri.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Adeguamento della frequenza basato sull'analisi battito-battito della dinamica della contrazione miocardia.	Da 0 a 15
Funzione di controllo automatico battito-battito della cattura ventricolare, con adeguamento dell'uscita di stimolazione e memorizzazione del trend della soglia di stimolazione.	Da 0 a 15
Isteresi dinamica della frequenza con funzione di Scansione e Ripetitiva.	Da 0 a 15
Riconoscimento automatico dell'avvenuto impianto, con regolazione della polarità di pace/sensing, attivazione delle funzioni diagnostiche e monitoraggio delle soglie di stimolazione A e V.	Da 0 a 15
Predisposto per il trasferimento dati attraverso un apparecchio ricevitore portatile alimentato a batteria, senza fili, in grado di inoltrare automaticamente i dati dal pacemaker alla centrale operativa, attraverso la rete telefonica cellulare.	Da 0 a 10

Lotto n° 13 (L.13 GR)

N° 10 Pacemaker bicamerale (DDDR) multi programmabile, telemetrico, dotato di ampia memoria .

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Connessione IS-1 uni/bipolare compatibile.
- Massima programmabilità dei parametri.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Riconoscimento automatico dell'impianto con configurazione automatica delle polarità di pacing e sensing.	Da 0 a 10
Tre algoritmi di riduzione della stimolazione ventricolare.	Da 0 a 10
Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare ed episodi di blocco AV (con commutazione AAI-DDD), con memorizzazione automatica dell'EGM endocavitario e marker su doppio canale di lunga durata.	Da 0 a 25
Controllo automatico dell'integrità degli elettrocateteri e visualizzazione del trend delle impedenze di stimolazione.	Da 0 a 25



Lotto n° 14 (L.14 GR)

N° 30 Pacemaker bicamerale multiprogrammabile, telemetrico, DDDR con accelerometro, compatibile con risonanza magnetica e completo di elettrocateri dedicati.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Massima programmabilità dei parametri.
- Connessione IS-1 uni/bipolare compatibile.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione AAI <-> DDD per la promozione ed il mantenimento della conduzione AV intrinseca.	Da 0 a 15
Possibilità di erogazione di ATP automatiche su FA.	Da 0 a 15
Compatibilità con risonanza magnetica total body, mediante elettrocateri dedicati.	Da 0 a 10
Misurazione automatica dell'onda P e onda R.	Da 0 a 10
Possibilità di controllo in remoto.	Da 0 a 10
Algoritmo di risposta automatica alla caduta improvvisa di frequenza.	Da 0 a 10

Pacemaker Biventricolari

Lotto n° 15 (L.15 GR)

N° 2 Pacemaker tricamerale multi programmabile, telemetrico, con sensore accelerometro dotato di stimolazione biventricolare per la resincronizzazione cardiaca nell'insufficienza cardiaca; diagnostica dello scompenso basata sulla misura dell'impedenza toracica, completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- Uscita massima non inferiore a 7,5V e 1,5msec.
- Valori di uscita energetica dei 3 canali programmabili in modo indipendente.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

Possibilità di erogazione di ATP automatiche su aritmie atriali.	Da 0 a 10
Possibilità di diverse configurazioni di stimolazione.	Da 0 a 10
Possibilità di monitoraggio per l'accumulo dei fluidi.	Da 0 a 10
Adattamento automatico dell'uscita atriale, ventricolare destro e sinistro.	Da 0 a 10
Disponibilità di visualizzare l'ECG del paziente senza l'utilizzo degli elettrodi.	Da 0 a 15
Possibilità di scegliere tra cinque polarità di stimolazione sinistra.	Da 0 a 15



Loop recorder

Lotto n° 16 (L.20* GR)

N° 20 Dispositivo impiantabile per il monitoraggio delle tachiaritmie atriali e ventricolari e le bradiaritmie. Compatibile con la risonanza magnetica.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI :

- Dimensioni minime.
- Iniettabile sottocute tramite apposito strumento di inserimento.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Possibilità di effettuare la risonanza magnetica total body.	Da 0 a 15
Rilievo ECG tramite elettrodi incorporati del dispositivo di registrazione con capacità di memorizzare EGM per tempi prolungati.	Da 0 a 15
Lettura automatica e possibilità di attivazione manuale.	Da 0 a 15
Stampa della situazione clinica del paziente relativa ad almeno un anno che comprenda: numero di episodi; percentuale di tempo in AT/AF e ritmo V durante AT/AF con riferimento a variazioni della terapia farmacologica e del cambiamento della programmazione.	Da 0 a 15
Possibilità di interrogazione e comunicazione telemetrica con il programmatore con sistema a radio frequenza e compatibilità con sistema di controllo in remoto tramite monitor domestico dotato di tecnologia GSM.	Da 0 a 10

Elettrocateri per stimolazione definitiva

Lotto n° 17 (L.21 GR)

N° 350 Elettrocateri atriali e ventricolari, bipolari, a fissaggio passivo, a rilascio di steroide, con rivestimento esterno in poliuretano. Compatibile con la risonanza magnetica.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI:

- Rivestimento della punta dell'elettrodo in materiale in grado di garantire una bassa polarizzazione, elevato sensing e bassa soglia.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Forma dell'elettrodo distale ad anello, poroso, per un migliore contatto	Da 0 a 20
Distanza interelettrodica punta-anello non superiore ai 17 mm.	Da 0 a 20
Corpo dell'elettrocateri con diametro non superiore ai 6 Fr.	Da 0 a 15
Diametro dell'introduttore (senza filo guida) non superiore a 7 Fr.	Da 0 a 15



Lotto n° 18 (L.22 GR)

N° 20 Elettrocatteter (atriale e ventricolare) bipolare a fissaggio attivo a vite estraibile/retrattile, a rilascio di steroide con rivestimento esterno in silicone; risonanza magnetica compatibile.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI:

- Forma dell'elettrodo distale ad anello, poroso, per un migliore contatto
- Rivestimento della punta dell'elettrodo in materiale in grado di garantire una bassa polarizzazione, elevato sensing e bassa soglia.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Dimensione corpo catetere non superiore a 7 Fr.	Da 0 a 15
Distanza interelettrodica punta-anello non superiore ai 10 mm.	Da 0 a 15
Diametro dell'introduttore (senza filo guida) non superiore a 8 Fr.	Da 0 a 10
Possibilità di avere una struttura a cavo lineare.	Da 0 a 10
Elettrodo distale in lega di platino.	Da 0 a 20

Lotto n° 19 (L.23 GR)

N° 20 Elettrocatteter (atriale e ventricolare) bipolare, a fissazione attiva mediante vite esposta, a rilascio di steroide, per la stimolazione in siti selettivi.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI:

- Rivestimento in poliuretano

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Dimensione corpo catetere non superiore a 4 Fr.	Da 0 a 20
Posizionamento tramite introduttore a curva modificabile con comando manuale dedicato.	Da 0 a 20
Possibilità di avere una struttura a cavo lineare.	Da 0 a 15
Elettrodo distale in lega di platino.	Da 0 a 15



Lotto n° 20 (L. Agg. GR)

N° 20 Elettrocateri atriali e ventricolari a fissaggio passivo mediante barbe a rilascio di steroide.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Materiale dell'elettrodo in platino-iridio rivestito in nitrato di titanio su titanio.	Da 1 a 15
Superficie della punta non superiore a 3,5 mm quadri.	Da 1 a 15
Rivestimento in poliuretano.	Da 1 a 10
Distanza interelettrodica punta-anello non superiore ai 11 mm.	Da 1 a 10
Isolamento esterno in copolimero silicone-poliuretano.	Da 1 a 10
Assistenza tecnico scientifica post vendita	Da 1 a 10

Lotto n° 21 (L. Agg. GR)

N° 20 Elettrocateri atriali/ventricolari a fissaggio attivo mediante vite retrattile a rilascio di steroide, MRI compatibili.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Forma dell'elettrodo distale ad anello, poroso.	Da 1 a 15
Struttura interna multi filare.	Da 1 a 15
Superficie della punta non superiore a 3,5 mm quadri.	Da 1 a 10
Rivestimento in poliuretano.	Da 1 a 10
Distanza interelettrodica punta-anello non superiore ai 11 mm.	Da 1 a 10
Isolamento esterno in copolimero silicone-poliuretano.	Da 1 a 10

**Defibrillatori impiantabili Monocamerali****Lotto n° 22 (L.41 GR)****N° 5 Defibrillatore monocamerale (VVRI) con sensore accelerometro multiprogrammabile. Completo di catetere e relativi accessori di introduzione necessari.****Caratteristiche essenziali :**

- Monitoraggio dello stato dei liquidi nel paziente mediante misure di impedenza transtoracica.
- Contenute caratteristiche fisiche.

Caratteristiche preferenziali :

Energia erogata non inferiore a 35 J.	Da 0 a 10
Almeno sei algoritmi preposti alla riduzione degli shock inappropriati senza dover variare la sensibilità del defibrillatore.	Da 0 a 10
Possibilità di programmazione del sensing ventricolare destro a scelta tra bipolare vero o integrato	Da 0 a 15
Gestione automatica della cattura ventricolare con adattamento dell'uscita di stimolazione	Da 0 a 10
Erogazione di stimolazione antitachicardica (ATP) durante la carica dei condensatori per ridurre il numero di shock. Commutazione ATP pre-carica in caso di ripetuto successo delle ATP durante la carica dei condensatori.	Da 0 a 15
Possibilità di dotazione di trasmettitore in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo a centrale operativa, mediante linea telefonica, nell'ambito del monitoraggio remoto.	Da 0 a 10

Lotto n° 23 (L.42 GR)**N° 2 Defibrillatori monocamerali, con sensore accelerometro, multi-programmabili. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.****Caratteristiche essenziali :**

- Contenute caratteristiche fisiche.

Caratteristiche preferenziali :

Diagnostica atriale rilevata attraverso dipolo flottante atriale integrata nel catetere ventricolare destro di shock.	Da 0 a 10
Risonanza magnetica compatibile.	Da 0 a 20
Possibilità di selezionare almeno 3 differenti pre-impostazioni del filtro d'ingresso per migliorare il rilevamento dei segnali endocavitari.	Da 0 a 15
Possibilità di erogare 8 shock per zone VT e VF per ogni episodio e possibilità di alternare la polarità degli shock.	Da 0 a 15
Dotato di apparecchio ricevitore portatile alimentato a batteria, senza fili, in grado di inoltrare automaticamente i dati dell'ICD a centrale operativa, attraverso la rete telefonica cellulare, nell'ambito del monitoraggio remoto.	Da 0 a 10



Lotto n° 24 (L.44 GR)

N° 2 Defibrillatore monocamerale con accelerometro, idoneo al monitoraggio remoto. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

Caratteristiche preferenziali :

Ridotto spessore del dispositivo.	Da 0 a 15
Algoritmo dedicato alla protezione del sensing dalla presenza di rumore ad alta frequenza (rumore muscolare).	Da 0 a 15
Dotato di segnali di avviso sonoro opzionali per parametri di monitoraggio fuori range: impedenze, batteria, tempi di carica.	Da 0 a 20
Registrazione dell'EGM intracavitario per una durata prolungata.	Da 0 a 10
Disponibilità di elettrocateretere con rivestimento della maglia di defibrillazione (coil) in PTFE.	Da 0 a 10

Lotto n° 25 (L. Agg. GR)

N° 2 Defibrillatori VVIR multiprogrammabili con sensore accelerometrico muniti di catetere dedicato.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche
- Energia immagazzinata pari ad almeno 42J

Caratteristiche preferenziali :

Tre zone di riconoscimento di aritmia ventricolare.	Da 0 a 10
Programmabilità cassa del dispositivo attiva/passiva	Da 0 a 15
Programmabilità coil di vena cava attivo/passivo.	Da 0 a 15
Selezione automatica della terapia ATP in base all'efficacia	Da 0 a 15
Frequenza massima di stimolazione antibradicardica programmabile a valori superiori alla frequenza di riconoscimento di tachicardia.	Da 0 a 15



Defibrillatori Impiantabili Bicamerale

Lotto n° 26 (L.45 GR)

N° 8 Defibrillatore bicamerale (DDDR) con sensore accelerometro, ad alta energia, multi-programmabile. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

Caratteristiche preferenziali:

Almeno una terapia di defibrillazione con energia effettivamente erogabile non inferiore a 40 Joule.	Da 0 a 10
Diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco con misura dell'accumulo dei fluidi.	Da 0 a 15
Avvisi vibrazionali per il paziente sia sui parametri tecnici che clinici.	Da 0 a 15
Algoritmo di monitoraggio del tratto ST per analisi degli episodi ischemici.	Da 0 a 10
Sistema di stimolazione con regolazione dell'uscita battito/battito mediante discriminazione tra potenziale evocato e potenziale di polarizzazione.	Da 0 a 10
Possibilità di interrogazione e comunicazione telemetrica con il programmatore con sistema a radio frequenza e compatibilità con sistema di controllo in remoto.	Da 0 a 10

Lotto n° 27 (L.46 GR)

N° 2 Defibrillatore bicamerale (DDDR) con sensore accelerometro, multi-programmabile. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari. Risonanza magnetica compatibile.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

Caratteristiche preferenziali:

Ridotto spessore del dispositivo.	Da 0 a 10
Possibilità di selezionare almeno 3 differenti pre-impostazioni del filtro d'ingresso per migliorare il rilevamento dei segnali endocavitari.	Da 0 a 10
Compatibile con la risonanza magnetica a tubo chiuso.	Da 0 a 15
Diagnostica con possibilità di memorizzare i canali dell'elettrogramma endocavitario per un tempo prolungato.	Da 0 a 15
Possibilità di erogare 8 shock per zone VT e VF per ogni episodio e possibilità di alternare la polarità degli shock.	Da 0 a 10
Dotato di apparecchio ricevitore portatile alimentato a batteria, senza fili, in grado di inoltrare automaticamente i dati dell'ICD a centrale operativa, attraverso la rete telefonica cellulare, nell'ambito del monitoraggio remoto.	Da 0 a 10



Lotto n° 28

N° 3 Defibrillatore bicamerale (DDDR) con sensore accelerometro, telemetria a radiofrequenza e possibilità di monitoraggio remoto. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

Caratteristiche preferenziali:

Ridotto spessore del dispositivo.	Da 0 a 10
Disponibilità di elettrocatetere con rivestimento della maglia di defibrillazione (coil) in PTFE.	Da 0 a 20
Algoritmo dedicato alla protezione del sensing dalla presenza di rumore ad alta frequenza (rumore muscolare).	Da 0 a 20
Hardware indipendente di back up in caso di malfunzionamento.	Da 0 a 10
Dotato di segnali di avviso sonoro opzionali per parametri di monitoraggio fuori range: impedenze, batteria, tempi di carica	Da 0 a 10

Lotto n° 29

N° 18 Defibrillatore bicamerale (DDDR) con sensore accelerometrico, multi-programmabile, per il trattamento delle aritmie ventricolari. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Diagnostica e trattamento programmabile delle aritmie sopra-ventricolari.	Da 0 a 10
Algoritmo per il monitoraggio dello stato dei liquidi nel paziente mediante misure di impedenza transtoracica con segnalazione acustica in caso di eccessivo accumulo di liquidi.	Da 0 a 10
Almeno sei algoritmi preposti alla riduzione degli shock inappropriati senza dover variare la sensibilità del defibrillatore.	Da 0 a 15
Erogazione di ATP durante la carica dei condensatori per ridurre il numero di shock. Commutazione ATP in fase pre-carica in caso di ripetuto successo delle ATP durante la carica dei condensatori.	Da 0 a 15
Algoritmo per la promozione della conduzione AV intrinseca con switch automatico in caso di blocco AV.	Da 0 a 10
Possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo alla centrale operativa mediante linea telefonica.	Da 0 a 10



Defibrillatori Impiantabili BiVentricolari

Lotto n° 30

N° 16 Defibrillatore con algoritmi per la prevenzione degli shock inappropriati dotato di stimolazione biventricolare per la gestione dello scompenso cardiaco e di trattamento delle aritmie ventricolari. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Diagnostica e trattamento programmabile delle aritmie sopra-ventricolari.	Da 0 a 10
Almeno sei algoritmi preposti alla riduzione degli shock inappropriati senza dover variare la sensibilità del defibrillatore.	Da 0 a 20
Algoritmo per il monitoraggio dello stato dei liquidi nel paziente mediante misure di impedenza transtoracica con segnalazione acustica in caso di eccessivo accumulo di liquidi.	Da 0 a 10
Disponibilità di catetere per stimolazione sinistra quadripolare con 3 diverse tipologie di curve.	Da 0 a 20
Possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo alla centrale operativa mediante linea telefonica.	Da 0 a 10

Lotto n° 31

N° 5 Defibrillatori ad alta energia con stimolazione biventricolare per il trattamento dello scompenso cardiaco; Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Energia effettivamente erogabile non inferiore a 40 Joule.	Da 1 a 10
Diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco con misura dell'accumulo dei fluidi.	Da 1 a 10
Avvisi vibrazionali per il paziente sia sui parametri tecnici che clinici.	Da 1 a 10
Algoritmo di rilevamento (sensing) multi parametrico con attenuazione dedicata per eliminare l'anomalo riconoscimento (oversensing) dell'onda T.	Da 1 a 10
Sistema di soglia automatica atriale, ventricolare destra e ventricolare sinistra basate su risposta evocata con stimolo di sicurezza (back-up) durante la ricerca di soglia, ogni 8/24 ore.	Da 1 a 10
Disponibilità di catetere sinistro quadripolare isodiametrico.	Da 1 a 10
Possibilità di interrogazione e comunicazione telemetrica con il programmatore con sistema a radio frequenza e compatibilità con sistema di controllo in remoto.	Da 1 a 5
Catetere da defibrillazione utilizzabile con introduttore 7F.	Da 1 a 5



Lotto n° 32

N° 2 Defibrillatori con stimolazione biventricolare per il trattamento dello scompenso cardiaco ottimizzato sulla base del controllo mediante monitoraggio remoto. Completo di tutti i cateteri e relativi accessori d'introduzione necessari.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Risonanza magnetica compatibile.	Da 0 a 15
Possibilità di erogare 8 shock per zone VT e VF per ogni episodio con possibilità di alternare la polarità degli shock e di configurare il percorso di shock.	Da 0 a 10
Possibilità di selezionare almeno 3 differenti pre-impostazioni del filtro d'ingresso per migliorare il rilevamento dei segnali endocavitari.	Da 0 a 15
Possibilità di registrare ECG intracavitario a tre canali per un tempo prolungato, anche per eventi aritmici sopraventricolari (inizio e conclusione).	Da 0 a 10
Funzioni per ottimizzazione dell'erogazione delle terapie antitachicardiche in grado di riconoscere ed applicare la terapia efficace nei successivi episodi.	Da 0 a 10
Dotato di apparecchio ricevitore portatile alimentato a batteria, senza fili, in grado di inoltrare automaticamente i dati dell'ICD a centrale operativa, attraverso la rete telefonica cellulare, nell'ambito del monitoraggio remoto.	Da 0 a 10

Lotto n° 33

N° 15 Defibrillatori biventricolari per la gestione dello scompenso cardiaco, (per sostituzioni).

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Energia erogata non inferiore a 35 J	Da 0 a 15
Algoritmo per il monitoraggio dello stato dei liquidi nel paziente mediante misure di impedenza transtoracica con segnalazione acustica in caso di eccessivo accumulo di liquidi.	Da 0 a 10
Misurazione e adattamento automatico della soglia di tre canali. Possibilità di scegliere il dipolo di stimolazione sinistra tra un'ampia gamma.	Da 0 a 10
Disponibilità di tre finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare e tachicardia ventricolare rapida.	Da 0 a 15
Algoritmi di prevenzione, riconoscimento ed eventuale trattamento delle aritmie atriali (ATP, cardioversione)	Da 0 a 10
Possibilità di interrogazione e comunicazione telemetrica con il programmatore con sistema a radio frequenza e compatibilità con sistema di controllo in remoto tramite monitor domestico dotato di tecnologia GSM.	Da 0 a 10

**Lotto n° 34**

N° 2 Defibrillatori e relativo elettrocatetere posizionato esclusivamente in sede sottocutanea, senza necessità di elettro cateteri endocardici o epicardici.

Caratteristiche essenziali :

- Contenute caratteristiche fisiche.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Memorizzazione degli episodi trattati e di quelli non trattati.	Da 0 a 15
Due zone di classificazioni delle aritmie ventricolari, con possibilità di riconoscimento basato sulla morfologia dell' ECG sottocutaneo.	Da 0 a 15
Rivestimento della cassa del defibrillatore in nitrato di titanio per ridurre l'energia di defibrillazione.	Da 0 a 15
Shock bifasico con selezione automatica della polarità.	Da 0 a 15
Catetere dotato elevata resistenza assiale.	Da 0 a 10

Lotto n° 35

N° 500 set di Introduuttori di tipo “peel-away” per il posizionamento di elettrocateteri da stimolazione/defibrillazione cardiaca attraverso la vena Succlavia dotati di sistema di bloccaggio di sicurezza Dilatatore/Cannula di tipo “interlocking hub”, filo guida, ago cannula, siringa a stantuffo da 10 cc e cavo elettrico monouso per il rilevamento delle soglie di *pacing* e *sensing* cardiaco. Gli introduuttori devono essere disponibile in diverse misure (french: 7, 8, 9 , 10). Il kit dovrà essere conforme alla norma ISO11070 “Sterile single-use intravascular catheter introducers”.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Il diametro dell'introduttore in french dovrà essere riportato sulla testa del dilatatore e dovrà essere riconoscibile tramite il colore del terminale del dilatatore.	Da 0 a 15
L'introduttore dovrà essere formato da un dilatatore in HDPE inserito in una guaina in PTFE	Da 0 a 15
Il filo-guida dovrà avere un di diametro di non meno di 0.038”, una lunghezza di almeno 50cm, un doppio finale con punta a “J” (raggio 3mm) e punta dritta, in acciaio con filo interno di sicurezza.	Da 0 a 15
Il filo-guida dovrà essere inserito in una guaina di materiale plastico che termina con una cannula raddrizzatrice per facilitare l'inserimento del terminale a ‘J’ dentro l'ago	Da 0 a 15
L'ago cannula di introduzione dovrà avere un calibro di 18G e una lunghezza di 7cm	Da 0 a 10



Elettrofisiologia

Lotto n° 37

N° 40 Elettrocateri quadripolari precurvati per studio elettrofisiologico completo e relativo cavo di connessione.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Lunghezza 120 cm circa. Calibro 6 F..	Da 0 a 15
Distanza interelettroica ottimale mm 2-5-2; 5-5-5.	Da 0 a 15
Corpo in poliuretano rinforzato con maglia di acciaio o woven dacron.	Da 0 a 15
Differenti curve distali: curve Cournand con doppia curva distale per registrazione fascio di His , 2 differenti curve Josephson di cui una con sezione distale maggiore.	Da 0 a 15
Parte terminale di lunghezza non < 10 cm con punta flessibile, soffice, non armata.	Da 0 a 10

Lotto n° 38

N° 30 Elettrocateri tetrapolari per studio elettrofisiologico transesofageo e relativo cavo di connessione.

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI:

Punta atraumatica.	Da 0 a 15
Distanza interelettroica 3-1,5-1,5 cm	Da 0 a 15
Lunghezza da 80 a 150 cm.	Da 0 a 15
Diametro 7 F.	Da 0 a 15
Completo di mandrino.	Da 0 a 10

I punti di valutazione disponibili per la qualità dei prodotti proposti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, che esaminerà le singole offerte tecniche. Tutte le attestazioni relative ai punteggi individuati dovranno essere adeguatamente documentate per poter essere oggetto di valutazione.

La Commissione ha facoltà di richiedere i necessari chiarimenti e l'adeguata campionatura ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni valutative.

L'attribuzione del punteggio avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione (ad esclusione dei parametri in cui il criterio di assegnazione dei punti è assente/presente):

- Giudizio eccellente: coefficiente 1
- Giudizio ottimo: coefficiente 0,80
- Giudizio buono: coefficiente 0,60
- Giudizio più che sufficiente: coefficiente 0,40
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,20



- Giudizio insufficiente: coefficiente 0,00

Il punteggio sarà attribuito ad ogni singolo parametro secondo la seguente formula:

$\text{Punteggio} = \text{coefficiente prescelto} \times \text{punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione}$

Dove:

$\text{coefficiente} = \text{coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell'offerta in esame}$

$x = \text{segno di moltiplicazione}$

Riparametrazione:

Qualora per ciascun parametro nessuno abbia acquisito il massimo punteggio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a riparametrare i punteggi. Al punteggio più alto sarà attribuito il coefficiente “1”, agli altri in proporzione. Di conseguenza al soggetto con il coefficiente “1” sarà attribuito il punteggio massimo del parametro, agli altri in maniera proporzionale.

I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

B) Punteggio economico:

LOTTE dal n. 1 al n. 35 e dal n. 37 al n. 38:

➤ massimo punti 30

Per ciascun operatore partecipante il punteggio economico verrà calcolato, per ciascun lotto, sulla base dell'importo complessivo offerto per la fornitura biennale (I.V.A. esclusa), individuando lo sconto percentuale sull'importo complessivo biennale a base d'asta, secondo le seguenti modalità:

- all'offerta economica più bassa ($R_{\max}$) verrà attribuito il punteggio massimo economico previsto;
- alle offerte economiche degli altri concorrenti (R_a) verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al primo, secondo la seguente formula:

$P_e = P_{\max} * R_a / R_{\max}$, ossia

[Punteggio massimo economico previsto per il lotto x Ribasso offerto dal concorrente / Ribasso più conveniente]

(N.B. per ribasso si intende il ribasso offerto dal concorrente sull'importo a base d'asta).

L'aggiudicazione verrà effettuata, in favore del soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più alto, ottenuto sommando il punteggio qualità (P_q) attribuito a ciascuna offerta tecnica ed il punteggio economico (P_e) attribuito a ciascuna offerta economica.

$$P_t = (P_q) + (P_e)$$

Ove;

(P_q) è la somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica;

(P_e) è la somma dei punteggi assegnati all'offerta economica.



Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

Nel caso di più offerte classificate, a pari punti, prime in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio in sede di valutazione tecnica; in caso di parità nel punteggio tecnico si procederà ad effettuare una trattativa di miglioria. In ragione di ciò, l'incaricato che parteciperà alla seduta pubblica dovrà essere munito del potere di rappresentare l'operatore economico e di modificare l'offerta. In ipotesi di infruttuoso espletamento della trattativa di miglioria o qualora gli operatori non siano presenti, oppure se presenti non intendano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime a pari merito.

L'aggiudicazione sarà infine soggetta all'approvazione dei competenti organi dell'A.O.U., per cui l'aggiudicazione provvisoria sarà vincolante solo per l'operatore economico, mentre lo sarà per la stazione appaltante una volta intervenuta la predetta approvazione, e la conseguente aggiudicazione definitiva.

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale i soggetti offerenti potranno presentare le giustificazioni a corredo dell'offerta, di cui agli artt. 86 e ss. D.Lgs n. 163/2006, attraverso la presentazione di una relazione analitica contenente gli elementi costitutivi dell'offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e gli altri elementi di valutazione dell'offerta medesima.

Le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Invio ulteriore documentazione” della scheda trattativa di riferimento (aggiudicazione prezzo più basso oppure aggiudicazione prezzo/qualità), la Giustificazione a corredo dell'offerta, utilizzando l'apposita voce giustificativa “Giustificazione offerta”.

Tutti i file dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.

La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

LOTTO 36: La migliore offerta è selezionata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81, 82 D.Lgs. 2006, n. 163.

Lotto n° 36

N° 100 Manipoli monopolari con generatore a radiofrequenza (service).

Caratteristiche:

Sistema basato su una fonte di energia a radiofrequenza capace di creare un plasma con tecnologia pulsata e che abbia un sistema di protezione e isolamento termico.

Taglio di precisione di qualsiasi tipo di tessuto – dalla cute, all'adipe, al muscolo.

Riduzione in misura significativa del danno termico collaterale.

Regolare al meglio il controllo del sanguinamento nel tessuto da trattare – nonostante l'efficace riduzione al minimo del danno termico.

Utilizzare all'incirca metà energia (espressa in watt) rispetto alle tecniche elettrochirurgiche tradizionali.

Operare a temperature inferiori del 50% rispetto alle tecnologie elettrochirurgiche tradizionali.



ART. 16 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Verifica regolarità e completezza documentazione amministrativa e tecnica	<u>Seduta pubblica:</u> • I soggetti partecipanti saranno avvisati almeno cinque giorni prima della seduta pubblica e ad essa potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i soggetti muniti di delega. • In occasione di tale seduta verrà effettuato il sorteggio dei soggetti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico – organizzativa, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs 2006, n. 163.
Valutazione Tecnica offerte	<u>Seduta Riservata:</u> • Valutazione tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione valutatrice. • Eventuale richiesta di chiarimenti e campionatura.
Controllo Requisiti soggetto sorteggiato ex art. 48, D.Lgs. 2006, n. 163	• I soggetti sorteggiati dovranno caricare sul sistema la documentazione richiesta, nell'apposito spazio denominato "invio documentazione integrativa" presente sulla scheda trattativa di riferimento (aggiudicazione prezzo più basso oppure aggiudicazione prezzo/qualità). <u>Tutti i file della documentazione integrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente (la sua estensione sarà allora .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.</u> • Qualora la predetta documentazione non venga fornita nei termini perentori, che verranno comunicati dalla stazione appaltante, ovvero non sia comprovato quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, si procederà ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 2006, n. 163 all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità di



	Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Esito Valutazione Tecnica	Pubblicazione nella scheda di gara telematica del verbale riportante il punteggio complessivo acquisito da ciascun soggetto partecipante.
Calcolo punteggio offerta economica e Graduatoria provvisoria	Dopo il caricamento telematico delle offerte da parte degli operatori economici, il sistema calcolerà in automatico la graduatoria provvisoria di gara, che sarà pubblicata nel giorno e all'orario indicati nel timing.
Controllo Anomalia (fase eventuale)	Verifica delle offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86 ss. del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione provvisoria	Espletati gli atti di gara, la stazione appaltante seleziona la migliore offerta non anomala e dispone l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.Lgs. 2006, n. 163.
Aggiudicazione Definitiva	Disposizione con Delibera del Direttore Generale a seguito dell'approvazione delle operazioni di gara.
Comunicazioni di aggiudicazione definitiva e degli eventuali provvedimenti di esclusione	La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 79, D.Lgs. 2006, n. 163.
Svincolo Garanzia provvisoria	La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 75, comma 9, D.Lgs. 2006, n. 163 nei confronti dei soggetti non aggiudicatari
Controllo Requisiti	Verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D.lgs. 2006, n. 163 tramite il sistema AVCPASS (art. 6 bis del citato decreto) dei seguenti documenti: • certificato, in originale o in copia conforme e di data non anteriore a sei mesi, di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., o equipollente in caso di operatore straniero, dal quale risultino i dati essenziali del medesimo. Detto certificato dovrà essere completo di dicitura "fallimentare"; • documentazione probatoria attestante il possesso del fatturato globale richiesto per la partecipazione alla gara mediante copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi esercizi finanziari 2011-2012-2013, redatti ai sensi dell'art. 2423 e segg. del codice civile riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito; ovvero: • per gli operatori economici non tenuti all'obbligo di presentazione del bilancio (società di persone e imprese



	individuali), copia delle dichiarazioni annuali IVA e del Modello Unico relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, corredati della relativa ricevuta di presentazione; • copia conforme della documentazione probatoria richiesta dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006; in particolare, in caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o di enti pubblici, la prova è costituita da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti pubblici medesimi in caso di servizi resi a favore di tali soggetti, o se trattasi di servizi prestati a favore di soggetti privati l'esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In attuazione di quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. l'AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP, al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici". L'art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dalla comunicazione del Presidente del 12 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre "Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali. Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASOUE"; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa. In adempimento di quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il
--	---



	servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura soggetti concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.
Aggiudicazione Esecutiva	Acquisizione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, a seguito del positivo esito della verifica sul spossesso dei requisiti, tramite Delibera del Direttore Generale
Fase post - procedimentale	• Costituzione garanzia definitiva • Stipula atto negoziale

ART. 17 CAUSE DI ESCLUSIONE

Si procederà all'esclusione delle offerte dalla presente gara nel caso in cui:

I) offerte che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta e/o prive di firma digitale e/o di marcatura temporale; offerte per le quali sia stato comunicato un numero di serie della marca temporale diverso da quello rilevato sui file successivamente inviati; offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti;

II) difetti la documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara;

III) ricorra una delle altre cause di esclusione espressamente previste dalla legge.

Si applica l'art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 2006, n. 163.

ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione, a garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 2006, n. 163 una somma pari al 10% dell'importo aggiudicato, a titolo di garanzia definitiva e, contestualmente, darne comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Tale garanzia, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell'art. 75, D.Lgs. 2006, n. 163, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1667 del Codice Civile. La garanzia dovrà contenere, pena la non sottoscrizione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione:

1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 gg a semplice richiesta scritta;



2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.

3) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

Non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell'elenco speciale, autorizzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del precitato art. 107, pena la non sottoscrizione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione.

Si applicano le disposizioni previste dal comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 2006, n. 163.

La garanzia sarà svincolata soltanto al termine dell'esecuzione del contratto, salve le ipotesi di inadempimento od inesatto adempimento da parte del soggetto aggiudicatario.

Qualora al termine del periodo di aggiudicazione le prestazioni contrattuali non siano state integralmente eseguite, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la validità della garanzia.

In ogni caso la garanzia sarà svincolata solo previo consenso in forma scritta della stazione appaltante.

ART. 19 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le prescrizioni contenute nel Disciplinare e nel capitolato tecnico costituiranno obbligazioni dell'aggiudicatario del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione contrattuale, anche in relazione all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia.

Nell'importo offerto, oggetto della stipula contrattuale, è compreso quanto previsto e richiesto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, nonché tutto ciò che è necessario ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

Sono pertanto a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Sono, segnatamente, comprese:

- la consegna, dei prodotti presso il Servizio di Farmacia dei P.P.O.O. San Giovanni di Dio e Policlinico di Monserrato, incluse le spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere connesso, a decorrere dalla data di ricezione anche mediante fax o mail della comunicazione dei buoni d'ordine effettuati dal Servizio di Farmacia dell'Azienda;
- la prestazione di prodotti sostitutivi, ove gli stessi per qualsiasi ragione risultino difettosi;
- la garanzia sull'intera fornitura, per tutta la durata del contratto.

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, salvo eventuali più favorevoli condizioni derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale il soggetto aggiudicatario abbia la disponibilità di nuovi prodotti, che sostituiscano i precedenti in senso migliorativo, si impegna a fornire quest'ultimi allo stesso prezzo aggiudicato.

L'operatore economico non può interrompere l'esecuzione contrattuale, neanche in caso di controversie.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di garanzia sulla fornitura oggetto della presente procedura per l'intera durata del contratto, senza oneri per la stazione appaltante. Saranno, pertanto, a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento e la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.

Si applicano i principi di diritto comune e le norme di cui al vigente codice civile.



ART. 20 MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura avverrà in conto deposito, sulla base delle specifiche richieste del Servizio Farmacia, secondo le norme di cui agli artt. 1556 e ss. c.c. relative al contratto estimatorio.

In caso di mancato utilizzo dei dispositivi da parte della stazione appaltante, gli stessi saranno restituiti all'operatore economico alla fine del periodo di esecuzione contrattuale, senza alcun aggravio di spesa per l'Azienda Ospedaliero Universitaria. Nel caso di restituzione integrale o parziale della fornitura, le spese di trasporto e qualsivoglia onere accessorio saranno, pertanto, a carico del soggetto aggiudicatario. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione ed asporto dei pallet, carico e scarico della merce.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Ordinato di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Azienda Contraente.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l'Azienda contraente procede direttamente all'acquisto sul mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al soggetto aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".

La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spesa. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.



Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".

ART. 21 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito dell'effettivo utilizzo del materiale sanitario, in precedenza consegnato dall'operatore economico su richiesta del Servizio Farmacia, salva la facoltà della stazione appaltante di restituzione, integrale o parziale, alla fine del periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 1556 c.c.

Il pagamento del corrispettivo dovuto, inoltre, avverrà a seguito di presentazione delle fatture fiscalmente regolari da parte del soggetto aggiudicatario, effettuati gli accertamenti demandati ai servizi competenti in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura, nonché alla conformità rispetto alle previsioni contrattuali.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel disciplinare e nel capitolato tecnico, in conformità agli ordinativi emessi, risultanti dai documenti di trasporto sottoscritti dall'incaricato della stazione appaltante.

Le fatture dovranno essere trasmesse all'Ufficio protocollo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - partita I.V.A. 03108560925, con il riferimento del numero di buono d'ordine emesso dal Servizio Farmacia dell'Azienda.

ART. 22 VIZI

L'accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante non esonera il fornitore dalla responsabilità in ordine a difetti ed imperfezioni, a vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

I prodotti contestati, ferme restando le penalità di cui all'art. 28, dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore, secondo tempi e modalità che non rechino intralci ed inconvenienti al normale funzionamento della struttura interessata.

ART. 23 PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l'Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari al 4% (quattro) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Applica una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di particolari gravità, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.



L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione dell'inadempienza il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

L'Azienda procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.

ART. 24 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

In particolare, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari può risolvere di diritto l'atto negoziale ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nel Contratto;
- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- c) reiterati, comprovati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore;
- d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "garanzia definitiva";
- e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 25 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere il contratto, a pena di immediata risoluzione del medesimo e del conseguente obbligo di risarcimento dei danni, senza l'espresso e preventivo consenso scritto della stazione appaltante.

E' consentito il subappalto alle condizioni di cui all'art. 118, D.Lgs. 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

ART. 26 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti, pena la nullità del contratto, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno, pertanto, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, **l'aggiudicatario dovrà comunicare** gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Il contratto predisposto dall'Amministrazione conterrà le clausole di cui al citato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'AOU si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini dell'appalto saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Titolare del trattamento dei dati è la AOU di Cagliari. Responsabile del trattamento, fino al momento dell'aggiudicazione del contratto, è il direttore del Servizio Provveditorato ed Economato.

Ai soggetti concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 28 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I soggetti concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario sarà, altresì, responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 29 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 30 RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Dott. Ennio Filigheddu