



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Servizio Tecnico-Ingegneria Clinica

via Ospedale 54
09124 Cagliari
tel. 070.6092223
email: crcooco@aoucagliari.it

**SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA CLINICA PER LA GESTIONE SICURA,
EFFICACE ED EFFICIENTE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE PRESSO
L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE LANUSEI, IN UNIONE D'ACQUISTO**

articoli 34, 37, 38, 39, 41, 42, 49 e 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

**Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di giovedì 22 ottobre 2015
(punto IV.3.3) del bando di gara**

Quesito n. 1 del 21 ottobre 2015

Con riferimento al quesito di ordine speciale:

capacità tecnica e professionale, punto III.2.3. del bando di gara (art. 42 D.Lgs.163 del 2006) e art. 3.2.3 del Disciplinare di gara, al fine di garantire la massima partecipazione all'incanto bandito, considerando che il 20% di un contratto di € 2.300.000,00 annui corrisponde ad un importo pari a € 460.000,00 annui, si chiede conferma che la titolarità di un contratto di importo pari e/o superiore a detta cifra (€ 460.000,00) costituisca requisito analogo.

Questo in considerazione del fatto che un contratto di importo superiore o uguale a € 460.000,00 annui, in qualità di mandataria e/o, comunque, con una percentuale in ATI superiore al 20% può offrire uguale se non superiore livello di complessità, con ciò attestando capacità tecnico – economica di gestione equivalente a quella qui richiesta da codesta Spett.le Amministrazione.

Risposta al quesito n. 1

Il paragrafo 3.2.3. riferisce in merito al possesso di un requisito che qualifica quegli operatori che, negli ultimi 3 anni, hanno prestato la propria opera in almeno 5 commesse.

Ciascuna di queste 5 commesse deve avere una valenza economica significativa (almeno € 2.300.000,00) e ammette la presentazione del dichiarante anche nel caso di partecipazione in forma di A.T.I. (con la limitazione però di una quota minima di partecipazione non inferiore al 20% del fatturato indicato pari a € 2.300.000,00).

Per quanto precede, la titolarità esclusiva di un contratto di importo inferiore a € 2.300.000,00 non può valere per la dimostrazione del requisito.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
 twitter.com/AOUCagliari
 Youtube: Aou Cagliari Tv



Quesito n. 2 del 21 ottobre 2015

In riferimento a quanto richiesto al paragrafo 6.1.1.2. del CSA “funzionalità di filtro di beni principali/accessori con possibilità di apertura delle chiamate esclusivamente sui beni principali (reindirizzamento automatico delle chiamate aperte sui beni accessori)” si chiede di chiarire il concetto di reindirizzamento automatico delle chiamate aperte sui beni accessori e se, considerando che saranno censiti sia i beni principali sia quelli componenti ed accessori, possa essere prevista l’apertura delle chiamate direttamente sul bene oggetto di guasto (sia questo principale, componente o accessorio) selezionandone il rispettivo Codice di Inventario.

Risposta al quesito n. 2

L’apertura delle chiamate deve essere possibile solo esclusivamente sui beni principali (es. nel caso di un ecografo il guasto di una sonda deve essere “tracciato” sul bene principale ecografo) in modo da assicurare, in ogni momento, la visione dello stato di efficienza generale del dispositivo composito.

Quesito n. 3 del 22 ottobre 2015

Si chiede di indicare a cosa corrispondono le seguenti sigle “codice stato” presenti nell’elenco 1 allegato al CSA:

Codice stato
FUN
NFU
DIS
IRR
ASU
OK
FU
FD

Risposta al quesito n. 3

Trattasi di codifica ad uso interno priva di rilevanza per le finalità della procedura di gara.



Quesito n. 4 del 22 ottobre 2015

Si chiede di confermare che le apparecchiature dell'elenco 2 (allegati 2A, 2B e 2C) presenti nell'elenco 1 allegato al CSA saranno soggette al servizio per i soli aspetti di aggiornamento e revisione dei dati tecnici gestionali dell'inventario, di gestione e verifica delle attività svolte dalle Ditte terze (apertura chiamata verifica esito degli interventi e tempi di esecuzione, inserimento rapporti di lavoro nel sistema informativo etc.) e di verifiche di sicurezza (se non ricomprese nei contratti precedentemente stipulati con Ditte terze).

Risposta al quesito n. 4

Si conferma che le tecnologie presenti contemporaneamente nell'elenco 1 e nell'elenco 2 (allegati 2A, 2B e 2C) soggiacciono alla gestione specifica dei paragrafi 6.2.10. "supervisione e controllo delle attività delle Ditte esterne", 6.1 "gestione informatizzata del servizio (da 6.1.1.1. a 6.1.1.2.3.), 5.7. "gestione ed aggiornamento dei dati inventariali e monitoraggio apparecchiature biomediche", 5.2.2. "verifiche di sicurezza", 5.1.2. "gestione alert e avvisi di sicurezza" e il paragrafo 3.6 "fascicolo macchina", restando quindi escluse le azioni manutentive proprie delle tecnologie non inserite nell'elenco 2.

Quesito n. 5 del 22 ottobre 2015

Si chiede di confermare che le apparecchiature dell'Elenco 2 (allegati 2A, 2B e 2C) presenti nell'elenco 1 allegato al CSA concorreranno alla determinazione dell'aggiornamento del canone nel caso in cui la Stazione Appaltante decidesse di affidarle in gestione completa all'aggiudicatario secondo le modalità previste al paragrafo. 6.3.5. del CSA.

Risposta al quesito n. 5

Qualora le tecnologie presenti nell'elenco 2 confluiscono nell'insieme delle tecnologie di cui all'elenco 1 (ad esempio per riscatto post noleggio, acquisizione per fine service, fine garanzia post vendita, scadenza contratto di assistenza, etc.) si attiveranno i processi di variazione del canone disciplinati al paragrafo 6.3.5. del CSA. (A tal proposito si veda il contenuto del paragrafo citato in merito alle variazioni del corrispettivo conseguenti alle modifiche del parco macchine. La finalità sottesa a tale istituto è quella del governo delle azioni preordinate al concordamento dell'aumento/diminuzione del canone del servizio in conseguenza dell'ingresso/uscita di apparecchiature e in riferimento alla tempistica/scadenario della variazione in esame. Tale istituto risulta, altresì, orientato alla gestione delle dinamiche che possono riguardare tecnologie che, in fase di avviamento, differiscono in aggiunta/diminuzione dagli elenchi 1 e 2).

Quesito n. 6 del 22 ottobre 2015

Si chiede di indicare di indicare il "Codice Stato" associato ad eventuali apparecchiature presenti nell'elenco 1 allegato al CSA non funzionanti e di confermare che le stesse concorreranno alla determinazione dell'aggiornamento del canone nel caso in cui la Stazione Appaltante decidesse di riattivarle ed affidarle in gestione completa all'aggiudicatario secondo le modalità previste al paragrafo 6.3.5. del CSA.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliari)



Risposta al quesito n. 6

L'elenco 1 rappresenta la consistenza fisica dell'insieme di tecnologie che l'ASU intende gestire nell'ambito dei servizi di ingegneria clinica affidati al Global Service a prescindere dallo stato di "effettivo" o "potenziale" utilizzo che può essere stato assegnato in fase inventariale. Si ribadisce che tutti i beni presenti negli elenchi 1 e 2, ciascuno nell'ambito delle specifiche assegnazioni, concorrono pienamente e a prescindere del codice di stato attribuito, alla determinazione della base d'asta.

Quesito n. 7 del 22 ottobre 2015

Si chiede di indicare il "Codice Stato" associato ad eventuali apparecchiature presenti nell'elenco 1 allegato al CSA Non funzionanti, irreparabili, dismesse o fuori uso e di confermare che le stesse non hanno concorso alla determinazione della base d'asta.

Risposta al quesito n. 7

Si rimanda alla risposta del quesito 6 ribadendo che tutte le apparecchiature presenti negli elenchi 1 e 2, sotto le specifiche differenziazioni, concorrono alla determinazione della base d'asta.

Quesito n. 8 del 22 ottobre 2015

Si chiede di confermare che l'attività di "Implementazione dei piani di investimenti" richiesta al paragrafo 6.2.7. del CSA è relativa ad attività di sola consulenza e non di attività di fornitura.

Risposta al quesito n. 8

Si conferma che l'attività è relativa ai soli servizi di consulenza e che non è prevista la fornitura dei beni.

Quesito n. 9 del 22 ottobre 2015

Ai paragrafi 3.3.1.1. e 3.3.1.2. del CSA di riporta:

"Oltre alla figura del Direttore di commessa, la AOU/ASL Lanusei ritiene che per garantire un adeguato livello prestazionale del servizio debba essere garantito:

- ✓ n. 1 Direttore tecnico di commessa;
- ✓ [...]

Si chiede di confermare che, essendo i rispettivi articoli relativi al personale di commessa con presenza in situ, in forma esclusiva e con contratto di lavoro a tempo pieno, le figure del Direttore di Commessa (cfr. "Oltre alla figura del Direttore di commessa") e del Direttore Tecnico di Commessa (n. 1 Direttore tecnico di commessa) coincidono e che si tratta di un mero refuso aver indicato due volte la figura in questione.

Risposta al quesito n. 9

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliariTv)



Si precisa che il Direttore Tecnico di Commessa (che opera in forma esclusiva e con contratto di lavoro a tempo pieno) si relaziona con il "Rappresentante Responsabile" e che a tale soggetto si riconduce la figura del Direttore di Commessa indicato alla prima linea dei paragrafi 3.3.1.1. e 3.3.1.2.

Quesito n. 10 del 22 ottobre 2015

Si chiede di confermare che, in considerazione delle analisi svolte sugli allegati inventariali e di quanto emerso all'esito del sopralluogo effettuato, l'inserimento delle apparecchiature di seguito indicate nell'Allegato 1 trattasi di mero refuso, in quanto non risultano presenti presso gli stabili ospedalieri.

Codice Int	Matricola	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Ente/Strutt	UO
342	10026	TOMOGRFO A RISONANZA MAGNETICA	PHILIPS HEALTHCARE	GYROSCAN ACS II 1.5T	OSPEDALE DI LANUSEI	RADIOLOGIA
339	7244	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	PICKER	PQ 2000 S	OSPEDALE DI LANUSEI	RADIOLOGIA

Ciò rilevato, si chiede di conseguenza conferma che tali apparecchiature:

- non contribuiscono alla formazione della Base d'Asta,
- non saranno oggetto di servizio a seguito di aggiudicazione,
- non comporteranno alcuna variazione del canone del servizio nel caso in cui vengano formalmente eliminate dagli elenchi inventariali dopo l'avvio del nuovo contratto.

Risposta al quesito n. 10

Il riscontro operato si riconduce ad una reinterpretazione del quesito presentato che, per la sua particolare formulazione, potrebbe non essere stato adeguatamente compreso.

Nell'allegato 1B risultano i prodotti identificati al "codice interno" 339 e 342. Tali beni contribuiscono alla formulazione della base d'asta; sono oggetto di servizi a seguito di aggiudicazione; comportano variazione del canone nel caso in cui vengano eliminati dagli elenchi inventariali.

Ciò comunicato si ritiene opportuno, stante la particolare specificità del caso e la possibile replicazione della situazione, rappresentare quanto segue: le due tecnologie segnalate rappresentano i beni posseduti da ASL Lanusei prima dell'ammodernamento tecnologico che li ha visti "sostituiti" dalla TAC avente "codice int" 1350 e dal tomografo RM avente "codice int" 1888 (tali beni presenti anche nell'allegato 2C – ASL concorrono alla determinazione della base d'asta solo per i servizi meglio precisati nella risposta al quesito 4 della presente FAQ).

La risoluzione della problematica delle "sostituzioni" per ammodernamento tipiche del quesito viene affrontata nel CSA, paragrafo 6.3.5. in cui si demanda alla "fase di avviamento" la trattazione, in contraddittorio, della casistica dei beni "non compresi" e dei beni "inseriti ma dismessi".

Risulta che, trattando il caso specifico dei beni "inseriti ma dismessi", il contraddittorio verterà alla definizione del valore da riconoscere alle tecnologie in trattazione, secondo una valorizzazione oggettiva e, ove possibile, documentata attraverso il confronto con valori desunti dal mercato (la valorizzazione

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)

twitter.com/AOUCagliari

[Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliari)



presente nella colonna del rinnovo non è pertinente in casi come quello che si considera) e non ancora con gli automatismi propri del 5° capoverso del paragrafo 6.3.5.

Resta considerata anche l'ipotesi di "detrazione pari a zero" (rientrando, a pieno titolo, nell'ambito degli inserimenti ad inventario viziati da errore materiale).

Quesito n. 11 del 22 ottobre 2015

E' opportuno segnalare che, in considerazione delle analisi svolte sugli allegati inventariali e di quanto emerso all'esito del sopralluogo effettuato, le apparecchiature di seguito indicate, pur elencate nell'Allegato 1, sono presenti in modalità "SERVICE".

Codic e Int	Matricola	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Ente/Strutt	UO
666	900.370.00	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	FORMULA 2000	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
670	805.346.92	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
674	805.204.92	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1596	93040306	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	FORMULA 2000	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
672	615	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 100 ULTRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1594	17047	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1595	17044	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1597	17931	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1600	17354	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1604	17928	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
663	753689	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
669	711835	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	MONITRAL SC 30	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
673	751027	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
921	756160	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1598	799909	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1599	799903	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1601	799905	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1602	799908	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1603	799899	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
1605	799901	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)

twitter.com/Aoucagliari

[Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliari)



1740	799906	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	OSPEDALE DI LANUSEI	DIALISI
753	92070203	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	FORMULA 2000	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
755	805.344.92	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
756	805.053.93	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
757	805.212.92	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
758	805-212.92	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
759	805.070.98	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
760	805.211.92	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	BELLCO SRL	MULTIMAT SYSTEM D	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
752	11609	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
892	1398	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
1793	17040	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
1799	17349	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	GAMBRO AB	AK 200 ULTRA S	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
754	751028	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
891	754878	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
1795	799910	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	HOSPAL LTD	INTEGRA	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI
1800	93040206	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	FORMULA 2000	POLIAMBULATO RIO TORTOLI'	DIALISI

Ciò rilevato, si chiede di conseguenza conferma che tali apparecchiature:

- non contribuiscono alla formazione della Base d’Asta,
- non saranno oggetto di servizio a seguito di aggiudicazione,
- non comporteranno alcuna variazione del canone del servizio nel caso in cui vengano formalmente eliminate dagli elenchi inventariali dopo l’avvio del nuovo contratto.

Risposta al quesito n. 11

Anche in questo caso si confermano le difficoltà nell’interpretazione del quesito e si cerca di fornire una risposta compatibile con la necessità rappresentata.

Le apparecchiature indicate nel quesito appartengono all’elenco 1; tutte sono dichiarate di proprietà, fatta eccezione per quelle identificate con “codice int” 670 e 671 (vedi colonna “modo di acquisizione”). Tali apparecchiature, nonostante la dicitura service, non sono considerate nell’elenco 2 e, pertanto, concorrono alla definizione della base d’asta al pari di tutti i beni inseriti unicamente in elenco 1. Per quanto precede le tecnologie indicate nel quesito:

- ✓ concorrono alla formulazione della base d’asta al pari di tutti gli altri beni rappresentati unicamente in elenco 1;

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

[facebook.com/Aoucagliari](https://www.facebook.com/Aoucagliari)
 twitter.com/Aoucagliari
 [Youtube: Aou Cagliari Tv](https://www.youtube.com/AouCagliari)



- ✓ sono oggetto di servizio a seguito di aggiudicazione;
- ✓ comporteranno variazione del canone nel caso in cui vengano eliminate dalla gestione propria dell'elenco 1.

Quanto precede deve essere considerato nella consapevolezza della portata introdotta con la risposta al quesito 10 e con il contraddittorio che si attiverà nella fase di avviamento.

E' fuor di dubbio che situazioni "storicamente" in service, a prescindere dalla codifica attribuita nella colonna "modo di acquisizione", giustificheranno una gestione di riallineamento analogo a quello disciplinato per i "beni installati ma non compresi" e/o per le apparecchiature "inserite ma dismesse".

Non sono esclusi anche riallineamenti con detrazione pari a zero (rientrando, a pieno titolo, nell'ambito degli inserimenti ad inventario viziati da errore materiale).

Quesito n. 12 del 22 ottobre 2015

Considerato che le apparecchiature riportate negli allegati 2A, 2B e 2C risultano elencate anche nell'allegato 1, si chiede di confermare che le stesse:

- non saranno oggetto dei servizi previsti per le apparecchiature dell'Allegato 1
- non contribuiscono alla formazione della Base d'Asta
- non comporteranno alcuna variazione del canone del servizio aggiudicato nel caso in cui vengano formalmente eliminate dall'elenco di Allegato 1.

Risposta al quesito n. 12

Non corrisponde al vero che tutte le apparecchiature riportate nell'elenco 2 siano presenti anche nell'elenco 1. Si rimanda alle risposte dei quesiti 4 e 5 della presente FAQ.

Quesito n. 13 del 22 ottobre 2015

Si chiede di confermare che i codici della colonna Codice Stato dell'allegato 1 DIS, FD, IRR, FU e NFU indicano che le corrispondenti apparecchiature sono rispettivamente: DISMESSE (DIS), FUORI DISPONIBILITA' (FD), IRREPARABILI (IRR), FUORI USO (FU) e NON FUNZIONANTE (NFU).

Si chiede di conseguenza di confermare che, come tali, le apparecchiature medesime:

- non saranno oggetto dei servizi previsti per le apparecchiature dell'Allegato 1
- non contribuiscono alla formazione della Base d'Asta
- non comporteranno alcuna variazione del canone del servizio aggiudicato nel caso in cui vengano formalmente eliminate dall'elenco di Allegato 1.

Risposta al quesito n. 13

Si rimanda alla risposta dei quesiti 3 e 6 in combinato con la risposta del quesito 10.



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

Servizio Tecnico-Ingegneria Clinica

via Ospedale 54
09124 Cagliari
tel. 070.6092223
email: crcocco@aoucagliari.it

AVVISO

Si segnala che le richieste di posticipazione del termine di presentazione delle offerte non possono essere accolte e che il suddetto termine resta confermato alle ore 12.00 del giorno giovedì 05 novembre 2015, così come indicato negli atti di gara.

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it . www.aoucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 **Youtube:** Aou Cagliari Tv