

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI**www.aoucagliari.it**QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 12 OTTOBRE 2011**

Relativi alla Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici di medicazione, sterili e non sterili: ovatta – bende ed altro materiale, in ventiquattro lotti distinti, per il periodo di tre anni, destinati alle esigenze dei Reparti Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. **SCADENZA 25.10.2011**

N.	Riferimento al Capitolato	Domanda	Risposta
CAPITOLATO SPECIALE			
1	Art.8 – contenuto busta B	Se le Schede Tecniche del distributore coincidono con le Schede Tecniche in originale del produttore, occorre comunque inserire una doppia copia?	Se le schede tecniche del produttore contengono tutte le informazioni richieste, possono essere allegate solo quelle. Per un maggior chiarimento si inoltra lo stralcio del Capitolato Speciale relativo: - schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana. Le predette schede tecniche dovranno essere confezionate in modo tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto con riferimento alla suddivisione dei lotti e delle voci di cui al Capitolato Tecnico d'appalto. Pertanto le schede tecniche allegate alla Relazione Tecnica dettagliata devono contenere tutti gli elementi richiesti dal Capitolato e necessari a consentire la valutazione dei prodotti.
2	Art.8 – contenuto busta B	Le Schede Tecniche dei prodotti sono richieste per ben due volte all'interno della busta B "Offerta Tecnica", si tratta di un refuso?	Non si tratta di un refuso, ma di una ulteriore specificazione e/o ripetizione di quanto richiesto precedentemente nel contenuto della Busta B, che richiede una relazione tecnica dettagliata che comprende, al punto 1) una descrizione dettagliata dei prodotti ed al punto 2) le relative schede tecniche del prodotto.
3	Art.8 – contenuto busta B	Nell'Offerta Tecnica dovranno altresì essere contenute una serie di dichiarazioni, si può stilare una unica dichiarazione?	Sì, può fare una unica dichiarazione in cui vengano elencate, punto per punto tutte le dichiarazioni richieste.
4	Art.8 – contenuto busta C	E' riportato che dovrà essere indicato nel MODULO OFFERTA il codice del prodotto, ma nella documentazione di gara fornita non esiste alcun "Modulo Offerta", può essere usata propria carta intestata?	Sì è adottata la parola "Modulo Offerta" intendendo l'offerta che ciascun operatore economico compilerà con la propria carta intestata.



N.	Riferimento al Capitolato	Domanda	Risposta
CAPITOLATO TECNICO			
1		I quantitativi presenti sul Capitolato Tecnico sono da intendersi annuali o triennali?	I quantitativi indicati sono annuali, e su base annuale verrà valutata l'offerta economica.
2	Lotto 1 – OVATTA COTONE IDROFILO	E' consentita anche la presentazione di offerta per ovatta di cotone idrofilo con falda arrotolata?	Si conferma la richiesta di ovatta di cotone confezionata a "Fisarmonica"
3	Lotto 6 – TAMPONI ROTONDI SENZA RX NON STERILI	Si chiede la composizione quali-quantitativa della campionatura desiderata, non presente sulle Caratteristiche Tecniche	La campionatura richiesta è la seguente: <ul style="list-style-type: none">• tamponi diam. 30 mm n. 100;• tamponi diam. 50 mm n. 100.
4	Lotto 16 – RETE TUBOLARE ELASTICIZZATA	Si chiede se sia tassativa la presentazione di offerta anche per il calibro 11	Il calibro 11 è un sub-lotto del lotto 16. Si ricorda che qualora in un lotto siano presenti diverse sub-voci (più prodotti) lo stesso è da considerarsi unitario e comprensivo di tutte le sub-voci, e che i lotti sono inscindibili e non sono ammesse offerte parziali relative ad ogni singolo lotto, come specificato nell'art. 7 del Capitolato Speciale.